

		INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGAS		IC-CEN-F011	
				Versión:	2.0
				Vigencia	jul-05
Equipo: CEN-24084		Modelo: DCA-300 RVT		Edificio:	Laboratorio Central
Nº serie: 24084		Marca: PRESVAC		Sector:	Laboratorio Central
				Ubicación:	IC-SM-CAT-02-LAB
				Fecha:	02/09/2021
				Orden M:	9167172
				Realizó:	Esteban Garraza
Instrumental utilizado	Marca	Modelo	Nº de serie		
Tacómetro	CEM	AT-8	161118070		

Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)			
Inspección superada, el equipo es apto para el uso	X		
El equipo ha necesitado reparación			
El equipo no está reparado. No se puede usar			
Comentarios:			

Puntos de inspección

8.1	Test de Inspección y Funcionalidad Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda			
8.1.1	Chasis	P		
8.1.2	Montajes y Apoyos	P		
8.1.3	Enchufe de Red y Base de Enchufe	P		
8.1.4	Cable de Red	P		
8.1.5	Amarres contra tirones	P		
8.1.6	Interruptores y Fusibles	P		
8.1.7	Controles y Teclas	P		
8.1.8	Motor, Rotor y Bomba	P		
8.1.9	Indicadores y Displays	P		
8.1.10	Alarmas y Dispositivos para cortar la corriente	P		
8.1.11	Señales audibles	P		
8.1.12	Etiquetado	P		
8.1.13	Accesorios	P		
8.1.14	Frenos	P		

8.2	Test Cuantitativos	Seteado	Medido	P/F
8.2.1	Exactitud de la Temperatura	N/A	N/A	
	°C			
8.2.2	Exactitud del Tiempo	10'	9'57''	P
	Unidades de Tiempo	MIN	MIN	
8.2.3	Exactitud de la Velocidad	3500	3490	P
	Unidades de Velocidad	RPM	RPM	
8.3	Mantenimiento Preventivo Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda			
8.3.1	Limpieza Exterior	P		
8.3.2	Lubricacion	P		
8.3.3	Sustitucion de escobillas, frenos, juntas de estanqueidad y de cierre	P		
8.3.4	Grupo de frío	P		
8.3.5	Placas electrónicas y conectores	P		
8.3.6	Test de Seguridad Electrica	P		
8.4	Test de Aceptación Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda			
8.4.1	Seguridad de puertas	P		