

SECTOR	EQUIPAMIENTO	MODELO	MARCA	N° SERIE	EQUIPO N°	VOLUMEN
LABORATORIO	PIPETA	MONOCANAL	THERMO	VH05978	231	10-100 µl

CONTROL 1	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Minimo	10 μl	10	Correcta	Correcta
		10,3		
		10,2		
		10,1		
		10,3		
		10,18	Error :	1.8 %

CALIBRACION (Error < 3 %)
Aceptada

CONTROL 2	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Medio	50 µl	51,8	Correcta	Correcta
		51		
		51,4		
		50,2		
		50,5		
		50,98		
Error :			1.9 %	

F.Correccion Z (µl/mg)
Según Tabla (°C/kPa)
Metodo
Gravimetria
Balanza Patron
N° 0812401517

CONTROL 3	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Maximo	100 μl	101,9	Correcta	Correcta
		102,6		
		103,7		
		102,4		
		102,1		
		102,54	Error :	2.5 %



Fecha
20 / .06 / 2025

Proxima Verificacion
12 Meses

Aceptacion del Ensayo :

El Instrumento dara por aceptada su Calibracion si el Error arroja valores por debajo del 3%

Datos Complementarios y Condiciones	
OPERADOR	M.M.
TEMPERATURA AMBIENTE	20,9 °C
HUMEDAD AMBIENTE	57,00%
LIQUIDO UTILIZADO	H2O Destilada G3



Observaciones	Certificado N°	Codigo Interno
	STE	SEDE
	50-474	CATAMARCA

Este documento es propiedad de Eficap, queda prohibida su reproduccion parcial o total

Documento : CP - Instrumento

Version: 05 6/2017

* Ensayo realizado según normas Internacionales

* Instrumental de control calibrado y certificado

FIRMA

SERVISAP
SERVICIO TECNICO
CALIBRACIONES
Y MANTENIMIENTO

