

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°: 00038170					
Cliente: SWISS MEDICAL		Fecha: 10/29		Diagnostica: RC					
Contacto:		Modelo: MP60		S1:					
Dirección: 470 MARCA 1242		N° Serie: MP00005085		Remito:					
Sector: LABORATORIO 2° P.D		Tanque:		svo:					
Tipo Serv: MANTENIMIENTO		N° Serie:		LC 177 3/25					
Vencimiento de Consumibles				LC 177 3/25					
LC 174 4/25		LC 136 3/25		LC 101 3/25					
RO CICLOS 5925		VOL TOTAL 148961							
Relevamiento de Datos									
Cloro libre Alimentación: ppm/mV		Filtro de alimentación:		SI	NO N/A				
Conductividad alimentación: 254 uS/cm		Filtro Malla alimentación:		☒	☐				
Tensión alimentación: 220 v		Filtro Malla Loop solo		☒	☐				
Tensión fuente de alimentación: 29 v		Nivel de ruido bomba de alta:		☒	☐				
Tensión Bomba Recirculación: °C		Nivel de ruido bomba de recirculación:		☒	☐				
Tensión EDI °C		Control de cierre de la válvula de alim.:		☒	☐				
Presión alimentación: 2.2 Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:		☒	☐				
Presión bomba de alta: 5.8 Bar		Drenaje optimo para el equipo:		☒	☐				
Presión Loop: 1.13 Bar		El cliente requiere cambio en la program		☐	☒				
Conductividad RO: 7 uS/cm		Sensor Detenccion de perdidas conectado		☒	☐				
Conductividad Loop: 0.244 -> 0.110 uS/cm		Consumo bomba de alta:			A				
Caudal permeado: 1 L/min		Consumo bomba de Recirculación			A				
Caudal Loop: - L/min		Temperatura 26.4			v				
Caudal concentrado: - L/min		Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI			uS/cm				
Recomendaciones									
- SE REALIZA MANTENIMIENTO MENSUAL									
- SE CONTROLAN PARAMETROS Y PRESIONES									
- SE SANITIZA RO									
- SE CAMBIA LC 174									
- SE CAMBIA CARBON BLOCK ALIMENTACIÓN									
- EQUIPO OPERATIVO									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	carbón activo	☐	3/25	☐			☐		☐
1	LC 174	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: 14:30		Hora Fin:							
Firma Técnico: [Firma]		Firma Cliente: [Firma]							
Aclaración: D.M. TUGS		Aclaración: Henry Salinas A Rensar							
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono				Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas					
+54 9 11 3580-5695				Escanea y completa todos los datos solicitados					
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados				Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)					
									