


Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				040899					
Cliente: <u>SWISS MEDICAL</u>				Fecha: <u>7/8/25</u>					
Contacto:		Modelo: <u>MICRA</u>		Diagnostica:					
Dirección: <u>CATAMARCA 1242</u>		N° Serie: <u>MIC00001562</u>		S1:					
Sector: <u>SEROLÓGICA</u>		Tanque: <u>25 LRS</u>		Remito:					
Tipo Serv: <u>MENSUAL</u>		N° Serie:		svo:					
Vencimiento de Consumibles				LC					
LC	LC	LC	LC	LC					
RO CICLOS		VOL TOTAL							
Relevamiento de Datos				SI	NO	N/A			
Cloro libre Alimentación: <u>1,58 / 620</u>		ppm/mV	Filtro de alimentación:	☐	☐	☒			
Conductividad alimentación: <u>321</u>		uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☐	☐	☒			
Tensión alimentación: <u>220</u>		v	Filtro Malla Loop solo	☐	☐	☒			
Tensión fuente de alimentación: <u>24</u>		v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐			
Tensión Bomba Recirculación:		°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☐	☐	☒			
Tensión EDI		°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐			
Presión alimentación: <u>2,4</u>		Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐			
Presión bomba de alta: <u>3,2</u>		Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐			
Presión Loop:		Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐			
Conductividad RO: <u>6</u>		uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☐	☐	☒			
Conductividad Loop: <u>0.100</u>		uS/cm	Consumo bomba de alta:			A			
Caudal permeado:		L/min	Consumo bomba de Recirculación			A			
Caudal Loop:		L/min	Temperatura			v			
Caudal concentrado:		L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI			uS/cm			
Recomendaciones									
<u>SE REALIZA MANTENIMIENTO MENSUAL</u>									
<u>SE CONTROLA FUNCIONAMIENTO Y PARAMETROS</u>									
<u>Equipo operativo</u>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐			Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐		
Hora Inicio: <u>10 hrs</u>					Hora Fin:				
Firma Técnico:					Firma Cliente:				
Aclaración:					Aclaración:				
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas				
+54 9 11 3580-5695					Escanea y completa todos los datos solicitados				
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados									
					Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)				
					2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com				