



César Zayas

Optimus

Responsable monotributo

C.u.i.t. 20-17801613-0

Ingr. Brutos 079271-03

Inicio de actividades: 12-1998

CERTIFICADO	DE	SERVICIO	TECNICO
-------------	----	----------	---------

Señor/es

Swiss Medical S.A.

EQUIPO	Microscopio binocular
MARCA	Nikon
MODELO	Eclipse E200
SERIE Nº	146468

SERVICIO TECNICO	FECHA:	5-jul-22
DETALLE		
Centrado y limpieza elementos ópticos. Ajuste y lubricación componentes mecánicos. Control de seguridad sistema eléctrico. Limpieza del estativo.		
OBSERVACIONES		
Lente del foco presenta marcas leves sin afectar su operatividad. Equipo dentro del rango operativo. Aprobado		
ZAYAS CÉSAR TÉC. EN ÓPTICA INSTRUMENTAL		
PROXIMO SERVICE SUGERIDO	FECHA:	5-jul-23