

Testeo General del Equipo		ELGA VEOLIA		Servicio N°: 042789					
Cliente: <u>Sales Med Catamarca</u>				Fecha: <u>3/3/26</u>					
Contacto:		Modelo: <u>MP 120</u>		Diagnostica: <u>198.14</u>					
Dirección:		N° Serie: <u>MP0001543</u>		S1: <u>76000603</u>					
Sector: <u>laboratorio central (2do. piso)</u>		Tanque:		Remito:					
Tipo Serv: <u>Mensual + semestral</u>		N° Serie:		SVO:					
Vencimiento de Consumibles									
LC <u>134</u>	<u>9/26</u>	LC <u>136</u>	<u>9/26</u>	LC <u>105</u>	<u>3/27</u>				
RO CICLOS			<u>23029</u>	VOL TOTAL					
				<u>884314</u>					
Relevamiento de Datos									
Cloro libre Alimentación: <u>0.10</u>		ppm/mV	Filtro de alimentación:						
Conductividad alimentación: <u>293</u>		uS/cm	Filtro Malla alimentación:						
Tensión alimentación: <u>220</u>		v	Filtro Malla Loop solo						
Tensión fuente de alimentación: <u>24v</u>		v	Nivel de ruido bomba de alta:						
Tensión Bomba Recirculación: <u>1</u>		°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:						
Tensión EDI: <u>1</u>		°C	Control de cierre de la válvula de alim.:						
Presión alimentación: <u>3</u>		Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:						
Presión bomba de alta: <u>8</u>		Bar	Drenaje optimo para el equipo:						
Presión Loop: <u>1.15</u>		Bar	El cliente requiere cambio en la program						
Conductividad RO: <u>8</u>		uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado						
Conductividad Loop: <u>0.067</u>		uS/cm	Consumo bomba de alta:						
Caudal permeado: <u>1.4</u>		L/min	Consumo bomba de Recirculación						
Caudal Loop: <u>OK</u>		L/min	Temperatura						
Caudal concentrado: <u>OK</u>		L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI						
Recomendaciones									
- Se realiza servicio mensual + semestral - Se controlan parámetros y presiones - Se reemplaza P.O - Se reemplaza microfiltro de alimentación - Se reemplaza LC 136, 105, LC 109 - Se controla filtro mern									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	microfiltro	☒		☐			☐		☐
1	LC 136	☒		☐			☐		☐
1	LC 105	☒		☐			☐		☐
1	LC 109	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: <u>12:40</u>		Hora Fin:							
Firma Técnico: <u>[Firma]</u>		Firma Cliente:							
Aclaración: <u>Remito Nuevo Patente</u>		Aclaración:							
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono +54 9 11 3580-5695 Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs) 2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com				