

Testeo General del Equipo			ELGA  VEOLIA			Servicio N°:					
						00026840					
Cliente: <i>SUR 55 ME DICAL</i>						Fecha: <i>6/6/12</i>					
Contacto: <i>CATA MARCA</i>			Modelo: <i>MP120</i>			Diagnostica: <i>ARB</i>					
Dirección: <i>LABORATORIO CENTRAL</i>			N° Serie: <i>2252</i>			S1: <i>-</i>					
Sector: <i>MANT. MENSUAL</i>			Tanque: <i>-</i>			Remito: <i>-</i>					
Tipo Serv: <i>MANT. MENSUAL</i>			N° Serie: <i>-</i>			SVO: <i>-</i>					
Solo Medica R/D 7/15			Solo Medica Pro/Centra 30/60/120			Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas			Fecha cambió de consumibles			Fecha cambió de consumibles					
LC 141		LC 105	LC 177		LC 174	LC 156		LC 160			
LC 125		LC 154	LC 109	<i>10/12</i>	LC 136	LC 158					
LC 140		LC 136	LC 105	<i>3/13</i>	LC 175	LC 159					
Datos comunes a ambos equipos											
Cloro libre Alimentación:			ppm/mV			Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:					
Conductividad alimentación:			uS/cm			Filtro Malla Loop solo R15 :					
Temperatura:			°C			Consumo bomba de alta:					
Tensión alimentación:			V			Consumo bomba de Recirculación:					
Tensión fuente de alimentación:			V			Tensión Bomba Recirculación:					
Estado general del filtro de alimentación:			Si No			Nivel de ruido bomba de alta:					
Presión alimentación:			Bar			Nivel de ruido bomba de recirculación:					
Presión bomba de alta:			Bar			Control de cierre de la válvula de alim.:					
Presión Loop:			Bar			Acceso para el mantenimiento adecuado:					
Conductividad RO:			uS/cm			Drenaje optimo para el equipo:					
Conductividad Loop:			uS/cm			El cliente requiere cambio en la programación:					
Caudal permeado:			L/min			Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:					
Caudal Loop:			L/min			Caudal concentrado:					
Recomendaciones											
<i>SE REALIZA MANTENIMIENTO MENSUAL.</i>											
<i>SE CONTARON PARAMETROS Y PRESIONES.</i>											
<i>EQUIPO OPERATIVO</i>											
Insumos utilizados											
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO		
	<i>MT. LINDO</i>										
	<i>CTB</i>										
Resultado del servicio:			Muy Satisfactorio:			Satisfactorio:			Poco Satisfactorio:		
Hora Inicio:						Hora Fin:					
Firma Técnico:			<i>[Firma]</i>			Firma Cliente:			<i>[Firma]</i>		
Aclaración:			<i>[Firma]</i>			Aclaración:			<i>[Firma]</i>		
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com						Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.					