

Realizado por CMA – ING. CLINICA
Henry Salinas

Registro test

TEST CORRECTO			
Test realizado		Componentes utilizados del Ansur	
Fecha:	05/9/2024	Ansur	Versión 2.9.7
Registro:	IEC 62353 Alternative Leakage - CL1.mtr	'Plug-In': ESA620	Versión 1.1.11
Plantilla:	IEC 62353 Alternative Leakage - CL1.mtt		

Configuración test

Selecciones

Pruebas de servicio realizadas	Normas realizadas
	IEC 62353 (CL1)

Equipo bajo test

Serial number	08019771	Type	Electrocardiografo
Appliance code		Model	AT-101
Group	Electrocardiografia	Location	Barrio Parque
Status	MT	Address 1	3 do piso 307
Manufacturer	Schiller	Address 2	

Datos MTI

Instrumento de test	Número de serie	Versión Firmware
ESA 620	2982052	v2.10

Firmas

Resultado test

Elemento de test		Tipo de test			Fall o
IEC 62353 Alternative Leakage - Class I		Auto Sequence			
Mains Voltage		Mains Voltage			
Live to Neutral		Mains Voltage Live to Neutral			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard
Live to Neutral	222,7	V	r		IEC 62353 (CL1)
Neutral to Earth		Mains Voltage Neutral to Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard
Neutral to Earth	0,6	V	r		IEC 62353 (CL1)
Live to Earth		Mains Voltage Live to Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard
Live to Earth	223,4	V	r		IEC 62353 (CL1)
Protective Earth Resistance		Protective Earth Resistance			
Configuración: Test Current: 200 mA					
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard
PE Resistance1	0,279	Ohm	r	0,3	IEC 62353 (CL1)
Alternative Equipment Leakage		Alternative Equipment Leakage			
Closed Earth		Alternative Equipment Leakage Closed Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard
Closed Earth	37,7	uAAC	r	1000	IEC 62353 (CL1)
Open Earth		Alternative Equipment Leakage Open Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard
Open Earth	37,7	uAAC	r	1000	IEC 62353 (CL1)
Insulation Resistance		Insulation Resistance			
Configuración: Test Voltage: 500V					
Mains to Protective Earth		Insulation Resistance Mains to Protective Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard
Mains to Protective Earth	99999,0	MOhm	r		IEC 62353 (CL1)