



Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				043928					
Cliente: FUNDACION SWISS MEDICAL (CATAMARCA)		Modelo: MP 60		Fecha: 11/11/25					
Contacto:		N° Serie: MP00005085		Diagnostica: ARBOTT					
Dirección: CATAMARCA 1242 (CASA)		Tanque:		S1:					
Sector: LABORATORIO 2° PISO		N° Serie:		Remito:					
Tipo Serv: MENSUAL				svo:					
				LC					
Vencimiento de Consumibles				LC					
LC	LC	LC	VOL TOTAL		163266				
RO CICLOS		6686							
Relevamiento de Datos					SI NO N/A				
Cloro libre Alimentación:		1 ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐	☐			
Conductividad alimentación:		304 uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☒	☐	☐			
Tensión alimentación:		220 v	Filtro Malla Loop solo	☒	☐	☐			
Tensión fuente de alimentación:		24 v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐			
Tensión Bomba Recirculación:		/ °C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐	☐			
Tensión EDI		/ °C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐			
Presión alimentación:		2,5 Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐			
Presión bomba de alta:		6,5 Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐			
Presión Loop:		1,14 Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐			
Conductividad RO:		7 uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☒	☐	☐			
Conductividad Loop:		0.558 uS/cm	Consumo bomba de alta:			A			
Caudal permeado:		1,1 L/min	Consumo bomba de Recirculación			A			
Caudal Loop:		OK L/min	Temperatura			25,6 v			
Caudal concentrado:		OK L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI			uS/cm			
Recomendaciones									
SE REALIZA MANTENIMIENTO MENSUAL									
SE CONTROLAN PRESIONES Y PARASISTEMAS									
SE CAMBIA NIVEL DE RUIDO DE BOMBAS									
REVISION GENERAL DEL EQUIPO									
EQUIPO OK									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	M. CARBONO	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio:		15:00 HS		Hora Fin:					
Firma Técnico:				Firma Cliente:					
Aclaración:		TOUSSEUR LEANDRO		Aclaración:					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono				Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas				Escanea y completa todos los datos solicitados	
+54 9 11 3580-5695				Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)					
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados				2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com					