

Testeo General del Equipo		ELGA VEOLIA		Servicio N°:					
				044403					
Cliente: <i>FUNDA CEN SWISS MEDICAL</i>				Fecha: <i>9/5/25</i>					
Contacto:		Modelo: <i>MP60</i>		Diagnostica: <i>RC</i>					
Dirección: <i>CANA MARCA 1292</i>		N° Serie: <i>MP00005085</i>		S1:					
Sector: <i>ABONADO 2° Piso</i>		Tanque:		Remito:					
Tipo Serv: <i>MENSUAL</i>		N° Serie:		SVO:					
Vencimiento de Consumibles				LC					
LC	LC	LC	LC	LC					
RO CICLOS		<i>6742</i>		VOL TOTAL					
				<i>169891</i>					
Relevamiento de Datos									
				SI	NO	N/A			
Cloro libre Alimentación:		ppm/mV	Filtro de alimentación:		☒	☐			
Conductividad alimentación: <i>355</i>		uS/cm	Filtro Malla alimentación:		☒	☐			
Tensión alimentación: <i>220</i>		V	Filtro Malla Loop solo		☒	☐			
Tensión fuente de alimentación: <i>24</i>		V	Nivel de ruido bomba de alta:		☒	☐			
Tensión Bomba Recirculación:		°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:		☒	☐			
Tensión EDI		°C	Control de cierre de la válvula de alim.:		☒	☐			
Presión alimentación: <i>1.8</i>		Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:		☒	☐			
Presión bomba de alta: <i>7</i>		Bar	Drenaje optimo para el equipo:		☒	☐			
Presión Loop: <i>1.18</i>		Bar	El cliente requiere cambio en la program		☐	☒			
Conductividad RO: <i>8</i>		uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado		☒	☐			
Conductividad Loop: <i>1</i>		uS/cm	Consumo bomba de alta:		A				
Caudal permeado: <i>1.1</i>		L/min	Consumo bomba de Recirculación		A				
Caudal Loop:		L/min	Temperatura <i>24.2</i>		V				
Caudal concentrado: <i>1</i>		L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI		uS/cm				
Recomendaciones									
<i>- SE REALIZA MANTENIMIENTO MENSUAL</i> <i>- SE CONTROLAN PARAMETROS Y PROTECCIONES</i> <i>- SE LIMPIA FILTRO MALLA Y SE LAVA CARBON DE ALIMENT.</i> <i>- SE CAMBIA MICROFILTRO DE ALIMENTACION</i> <i>- SE CAMBIA CARBON BLOQUE EN ALIMENTACION Y LATERO</i> <i>- SE SANITIZA RO</i> <i>- EQUIPO OPERATIVO</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	TABLA COMA	☐	310	☐			☐		☐
1	MFC 120	☒		☐			☐		☐
2	CARBON BLOQUE	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: <i>10:30</i>				Hora Fin:					
Firma Técnico: <i>[Firma]</i>				Firma Cliente: <i>[Firma]</i>					
Aclaración: <i>OMITIR</i>				Aclaración:					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono <i>54 9 11 3580 5605</i>				Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados 					
				Emergencias tiempo de respuesta					