

Testeo General del Equipo		ELGA VEOLIA		Servicio N°:					
				00037273					
Cliente: <u>SWISS MEDICAL</u>				Fecha: <u>11/11/24</u>					
Contacto:		Modelo: <u>MP 129</u>		Diagnostica: <u>ROCHE</u>					
Dirección: <u>CDTAMARCA 1242</u>		N° Serie: <u>1100005085</u>		S1:					
Sector: <u>LABORATORIO 2º PISO</u>		Tanque:		Remito:					
Tipo Serv: <u>MENSUAL</u>		N° Serie:		svo:					
Vencimiento de Consumibles				LC <u>109-03/25</u>					
LC <u>114-03/25</u>		LC <u>136-03/25</u>		LC <u>177-03/25</u>					
RO CICLOS		57915		VOL TOTAL					
				145283					
Relevamiento de Datos									
				SI	NO	N/A			
Cloro libre Alimentación: <u>186</u> ppm/mV		Filtro de alimentación:		☒	☐	☐			
Conductividad alimentación: <u>326</u> uS/cm		Filtro Malla alimentación:		☒	☐	☐			
Tensión alimentación: <u>220</u> v		Filtro Malla Loop solo		☒	☐	☐			
Tensión fuente de alimentación: <u>24</u> v		Nivel de ruido bomba de alta:		☒	☐	☐			
Tensión Bomba Recirculación: <u>8.40-8.70</u> °C		Nivel de ruido bomba de recirculación:		☒	☐	☐			
Tensión EDI		Control de cierre de la válvula de alim.:		☒	☐	☐			
Presión alimentación:		Acceso para el mantenimiento adecuado:		☐	☐	☐			
Presión bomba de alta: <u>5.9</u> Bar		Drenaje optimo para el equipo:		☒	☐	☐			
Presión Loop: <u>1.13</u> Bar		El cliente requiere cambio en la program		☐	☒	☐			
Conductividad RO: <u>6</u> uS/cm		Sensor Detencion de perdidas conectado		☒	☐	☐			
Conductividad Loop: <u>0.114</u> uS/cm		Consumo bomba de alta:		A					
Caudal permeado: <u>1</u> L/min		Consumo bomba de Recirculación		A					
Caudal Loop: L/min		Temperatura <u>22.8</u>		v					
Caudal concentrado: L/min		Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI		uS/cm					
Recomendaciones									
<u>Se realiza mantenimiento mensual.</u>									
<u>Se controlan parametros y presiones.</u>									
<u>Se limpia filtro mesh.</u>									
<u>Se regula bomba de recirculación.</u>									
<u>Se cambia micro filtro y carbon block de el mantenimiento.</u>									
<u>Se reemplaza LC 177 por la 724</u>									
<u>Se realiza sanitización de RO</u>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	ATLX	☒		☐			☐		☐
1	MILIN	☒		☐			☐		☐
1	CARBON	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: <u>12:20</u>		Hora Fin: <u>14:20</u>							
Firma Técnico: <u>[Firma]</u>		Firma Cliente: <u>[Firma]</u>							
Aclaración: <u>[Firma]</u>		Aclaración: <u>Henry</u>							
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono +54 9 11 3580-5695 Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados				
					Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs) 2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com				

