

| SECTOR      | EQUIPAMIENTO | MODELO    | MARCA  | Nº SERIE | EQUIPO Nº | VOLUMEN     |
|-------------|--------------|-----------|--------|----------|-----------|-------------|
| LABORATORIO | PIPETA       | MONOCANAL | THERMO | VH23663  | 248       | 100-1000 µl |

| CONTROL 1      | Valor a Medir | Valor Medido | Repetitividad | Estanqueidad |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Volumen Minimo | 100    μl     | 101,9        | Correcta      | Correcta     |
|                |               | 102,4        |               |              |
|                |               | 101,5        |               |              |
|                |               | 101,9        |               |              |
|                |               | 103,9        |               |              |
|                |               | 102,32       |               |              |
|                |               |              | Error :       | 2.3 %        |

| CALIBRACION<br>( Error < 3 % ) |
|--------------------------------|
| Aceptada                       |

| CONTROL 2     | Valor a Medir | Valor Medido | Repetitividad | Estanqueidad  |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Volumen Medio | 500 µl        | 507,9        | Correcta      | Correcta      |
|               |               | 507,4        |               |               |
|               |               | 506,8        |               |               |
|               |               | 506,8        |               |               |
|               |               | 508,9        |               |               |
|               |               | 507,56       |               | Error : 1.5 % |

| F.Correccion Z (µl/mg) |
|------------------------|
| Según Tabla (°C/kPa)   |
| Metodo                 |
| Gravimetria            |
| Balanza Patron         |
| Nº 0812401517          |

| CONTROL 3      | Valor a Medir | Valor Medido | Repetitividad | Estanqueidad |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Volumen Maximo | 1000  μl      | 1018,7       | Correcta      | Correcta     |
|                |               | 1018,5       |               |              |
|                |               | 1017,9       |               |              |
|                |               | 1017,9       |               |              |
|                |               | 1018,8       |               |              |
|                |               | 1018,36      | Error :       | 1.8  %       |



| Fecha           |
|-----------------|
| 20 / .06 / 2025 |

| Proxima Verificacion |
|----------------------|
| 12 Meses             |

#### Aceptacion del Ensayo :

El Instrumento dara por aceptada su Calibracion si el Error arroja valores por debajo del 3%

| Datos Complementarios y Condiciones |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| OPERADOR                            | M.M.             |
| TEMPERATURA AMBIENTE                | 20,9 °C          |
| HUMEDAD AMBIENTE                    | 57,00%           |
| LIQUIDO UTILIZADO                   | H2O Destilada G3 |



| Observaciones | Certificado N° | Codigo Interno |
|---------------|----------------|----------------|
|               | STE            | SEDE           |
|               | 50-474         | CATAMARCA      |
|               |                |                |

Este documento es propiedad de Eficap, queda prohibida su reproduccion parcial o total

FIRMA

SERVISAP  
SERVICIO TECNICO  
CALIBRACIONES  
Y MANTENIMIENTO

