

SECTOR	EQUIPAMIENTO	MODELO	MARCA	Nº SERIE	EQUIPO Nº	VOLUMEN
LABORATORIO	STEPPER	MONOCANAL	SOCOREX	34031031	258	100 - 500 µl

CONTROL 1	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Minimo	100 μl	102,5	Correcta	Correcta
		103,2		
		101,5		
		102,4		
		103,9		
		102,7		
		Error :	1.02 %	

CALIBRACION (Error < 3 %)
Aceptada

CONTROL 2	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Medio	300 µl	304,5	Correcta	Correcta
		304,9		
		305,8		
		305,5		
		305,1		
		305,16	Error :	2.5 %

F.Correccion Z (µl/mg)
Según Tabla (°C/kPa)
Metodo
Gravimetria
Balanza Patron
Nº 0812401517

CONTROL 3	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Maximo	500 µl	506,3	Correcta	Correcta
		507,3		
		506,9		
		503,8		
		504,2		
		505,7	Error :	1.1 %



Fecha
04 /.07 / 2025

Proxima Verificacion
12 Meses

Aceptacion del Ensayo :

El Instrumento dara por aceptada su Calibracion si el Error arroja valores por debajo del 3%

Datos Complementarios y Condiciones	
OPERADOR	C.M.
TEMPERATURA AMBIENTE	20,4 °C
HUMEDAD AMBIENTE	54,00%
LIQUIDO UTILIZADO	H2O Destilada G3



Observaciones	Certificado N°	Codigo Interno
	STE	SEDE
	50-476	CMA

Este documento es propiedad de Eficap, queda prohibida su reproduccion parcial o total

FIRMA

SERVISAP
SERVICIO TÉCNICO
CALIBRACIONES
Y MANTENIMIENTO

