

|                        |       |                            |             |                        |                       |     |
|------------------------|-------|----------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----|
|                        |       | INSPECCION Y MANTENIMIENTO |             |                        | IC-CEN-F011           |     |
|                        |       | PREVENTIVO DE CENTRIFUGAS  |             |                        | Versión:              | 2.0 |
|                        |       |                            |             |                        | Vigencia              |     |
| Equipo: CEN-24084      |       | Modelo: DCA-300 RVT        |             | Edificio:              | Laboratorio Catamarca |     |
|                        |       |                            |             | Sector:                | Laboratorio Central   |     |
| N° serie: 24084        |       | Marca: Presvac             |             | Ubicación:             | 2do Piso              |     |
|                        |       |                            |             | Fecha:                 | 12/03/2025            |     |
|                        |       |                            |             | Orden M:               | 9226481               |     |
|                        |       |                            |             | Realizó:               | Henry Salinas         |     |
| Instrumental utilizado | Marca | Modelo                     | N° de serie | Fecha últ. calibración |                       |     |
| Analizador SE          | Fluke | ESA620                     | 2982052     | 03/05/2024             |                       |     |
| Tacometro              | CEM   | AT-8                       | 161118070   | 23/05/2024             |                       |     |
|                        |       |                            |             |                        |                       |     |
|                        |       |                            |             |                        |                       |     |

|                                                        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|---|--|--|
| Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda) |   |  |  |
| Inspección superada, el equipo es apto para el uso     | X |  |  |
| El equipo ha necesitado reparación                     |   |  |  |
| El equipo no está reparado. No se puede usar           |   |  |  |
| Comentarios:                                           |   |  |  |

|                      |
|----------------------|
| Puntos de inspección |
|----------------------|

|        |                                                                                     |     |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 8.1    | Test de Inspección y Funcionalidad<br>Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda |     |  |  |
| 8.1.1  | Chasis                                                                              | P   |  |  |
| 8.1.2  | Montajes y Apoyos                                                                   | P   |  |  |
| 8.1.3  | Enchufe de Red y Base de Enchufe                                                    | P   |  |  |
| 8.1.4  | Cable de Red                                                                        | P   |  |  |
| 8.1.5  | Amarres contra tirones                                                              | N/A |  |  |
| 8.1.6  | Interruptores y Fusibles                                                            | P   |  |  |
| 8.1.7  | Controles y Teclas                                                                  | P   |  |  |
| 8.1.8  | Motor, Rotor y Bomba                                                                | P   |  |  |
| 8.1.9  | Indicadores y Displays                                                              | P   |  |  |
| 8.1.10 | Alarmas y Dispositivos para cortar la corriente                                     | P   |  |  |
| 8.1.11 | Señales audibles                                                                    | P   |  |  |
| 8.1.12 | Etiquetado                                                                          | P   |  |  |
| 8.1.13 | Accesorios                                                                          | N/A |  |  |
| 8.1.14 | Frenos                                                                              | N/A |  |  |

|       |                                                                           |          |        |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|
| 8.2   | Test Cuantitativos                                                        | Seteado  | Medido | P/F |
| 8.2.1 | Exactitud de la Temperatura (Valor Aceptable +/- 3°C)                     | N/A      | N/A    | N/A |
|       | °C                                                                        |          |        |     |
| 8.2.2 | Exactitud del Tiempo (Valor Aceptable +/- 10 %)                           | 60       | 60     | P   |
|       | Unidades de Tiempo                                                        | segundos |        |     |
| 8.2.3 | Exactitud de la Velocidad (Valor Aceptable +/- 10 %)                      |          |        |     |
|       |                                                                           | 2000     | 2015   | P   |
|       |                                                                           | 3500     | 3085   | P   |
|       | Unidades de Velocidad                                                     | rpm      |        |     |
| 8.3   | Mantenimiento Preventivo<br>Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda |          |        |     |
| 8.3.1 | Limpieza Exterior                                                         | P        |        |     |
| 8.3.2 | Lubricacion                                                               | P        |        |     |
| 8.3.3 | Sustitucion de escobillas, frenos, juntas de estanqueidad y de cierre     | P        |        |     |
| 8.3.4 | Grupo de frío                                                             | N/A      |        |     |
| 8.3.5 | Placas electrónicas y conectores                                          | P        |        |     |
| 8.3.6 | Test de Seguridad Electrica                                               | P        |        |     |
| 8.4   | Test de Aceptación<br>Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda       |          |        |     |
| 8.4.1 | Seguridad de puertas                                                      | P        |        |     |