

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
Cliente: <i>SWISS MEDICAL</i>				Fecha: <i>11/11/24</i>					
Contacto: <i>CA. AMARCA ALY</i>		Modelo: <i>MP160</i>		Diagnostica: <i>A33</i>					
Dirección: <i>BARBOSA RODRIGUEZ</i>		N° Serie: <i>MP00001543</i>		S1: <i>-</i>					
Sector: <i>BIENESTAR</i>		Tanque:		Remito: <i>-</i>					
Tipo Serv: <i>BIENESTAR</i>		N° Serie:		svo:					
Vencimiento de Consumibles				LC <i>12P 3/25</i>					
LC <i>177 5/25</i>		LC <i>136 5/25</i>		LC <i>177 3/25</i>					
RO CICLOS <i>68425</i>		VOL TOTAL <i>1934628</i>							
Relevamiento de Datos				SI	NO	N/A			
Cloro libre Alimentación: <i>156.00</i>	ppm/mV	Filtro de alimentación:		☒	☐	☐			
Conductividad alimentación: <i>326</i>	uS/cm	Filtro Malla alimentación:		☒	☐	☐			
Tensión alimentación: <i>25</i>	v	Filtro Malla Loop solo		☒	☐	☐			
Tensión fuente de alimentación: <i>29</i>	v	Nivel de ruido bomba de alta:		☒	☐	☐			
Tensión Bomba Recirculación: <i>1180-28.80</i>	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:		☒	☐	☐			
Tensión EDI		Control de cierre de la válvula de alim.:		☒	☐	☐			
Presión alimentación: <i>4.3</i>	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:		☒	☐	☐			
Presión bomba de alta: <i>61</i>	Bar	Drenaje optimo para el equipo:		☐	☐	☐			
Presión Loop: <i>1.19</i>	Bar	El cliente requiere cambio en la program		☐	☒	☐			
Conductividad RO: <i>7</i>	uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado		☒	☐	☐			
Conductividad Loop: <i>0.161</i>	uS/cm	Consumo bomba de alta:				A			
Caudal permeado: <i>1.9</i>	L/min	Consumo bomba de Recirculación				A			
Caudal Loop:	L/min	Temperatura <i>25.8</i>				v			
Caudal concentrado:	L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI				uS/cm			
Recomendaciones									
<i>SE RECOMIENDA MANTENIMIENTO MENSUAL</i>									
<i>SE RECOMIENDA REEMPLAZAR FILTROS Y MEMBRANAS</i>									
<i>SE RECOMIENDA REEMPLAZAR MALLA</i>									
<i>SE RECOMIENDA REEMPLAZAR LC177</i>									
<i>SE RECOMIENDA REEMPLAZAR BOMBA DE RECIRCULACION</i>									
<i>SE RECOMIENDA REEMPLAZAR LC174</i>									
<i>EQUIPO OPERATIVO</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>LC174</i>	☐		☐			☐		☐
<i>1</i>	<i>membrana</i>	☐		☐			☐		☐
<i>1</i>	<i>MT membrana</i>	☐		☐			☐		☐
	<i>/</i>	☐		☐			☐		☐
	<i>/</i>	☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐			Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐		
Hora Inicio: <i>12:30</i>					Hora Fin: <i>14:00</i>				
Firma Técnico: <i>[Firma]</i>					Firma Cliente: <i>[Firma]</i>				
Aclaración: <i>[Firma]</i>					Aclaración: <i>Henry</i>				
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono +54 9 11 3580-5695 Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados  Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs) 2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com				