

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°					
Cliente: <u>SWISS MEDICAL CATALAN</u>		Fecha: <u>77/05/27</u>		00035660					
Contacto: <u>/</u>		Modelo: <u>0112 460</u>		Diagnostica: <u>ABE</u>					
Dirección: <u>CABA</u>		N° Serie: <u>7P20003507</u>		S1: <u>/</u>					
Sector: <u>2do</u>		Tanque: <u>/</u>		Remito: <u>/</u>					
Tipo Serv: <u>RESERVA</u>		N° Serie: <u>/</u>		svo: <u>/</u>					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas <u>/</u>		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	<u>SEP</u>	LC 174	<u>NOV</u>				
LC 125	LC 154	LC 109	<u>SEP</u>	LC 136	<u>SEP</u>				
LC 140	LC 136	LC 105	<u>MAR 25</u>	LC 175	<u>/</u>				
RO CICLOS		<u>40 442</u>		VOL TOTAL <u>1195 558</u>					
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación: <u>/</u> ppm/mV		Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro: <u>(Si)</u> No							
Conductividad alimentación: <u>/</u> uS/cm		Filtro Malla Loop solo R15: <u>/</u> Si No							
Temperatura: <u>27.2</u> °C		Consumo bomba de alta: <u>/</u> A							
Tensión alimentación: <u>2.20</u> V		Consumo bomba de Recirculación: <u>/</u> A							
Tensión fuente de alimentación: <u>2.4</u> V		Tensión Bomba Recirculación: <u>/</u> V							
Estado general del filtro de alimentación: <u>(Si)</u> No		Nivel de ruido bomba de alta: <u>(Si)</u> No							
Presión alimentación: <u>/</u> Bar		Nivel de ruido bomba de recirculación: <u>(Si)</u> No							
Presión bomba de alta: <u>6</u> Bar		Control de cierre de la válvula de alim.: <u>(Si)</u> No							
Presión Loop: <u>7.15</u> Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado: <u>(Si)</u> No							
Conductividad RO: <u>76</u> uS/cm		Drenaje optimo para el equipo: <u>(Si)</u> No							
Conductividad Loop: <u>0.67</u> uS/cm		El cliente requiere cambio en la programación: <u>/</u> Si No							
Caudal permeado: <u>7.9</u> L/min		Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra: <u>(Si)</u> No							
Caudal Loop: <u>/</u> L/min		Caudal concentrado: <u>/</u> L/min							
Recomendaciones									
<u>SE CONTROLAN PARAMETROS Y PRESIONES.</u>									
<u>SE SAN. T. EA RO.</u>									
<u>EQUIPO OPERATIVO</u>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio: <u>70:20</u>		Hora Fin: <u>77:50</u>							
Firma Técnico: <u>[Firma]</u>		Firma Cliente: <u>[Firma]</u>							
Aclaración: <u>ROD 60 NIKKA</u>		Aclaración: <u>[Firma]</u>							
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				