

Stock General del
Equipo

ELGA  VEOLIA

Servicio N°:

044468

Cliente: S.W.E.S. MEDICAL Fecha: 7/4/26
Contacto: Modelo: MP60 Diagnostica: ROCHE
Dirección: COTAMARCA 1242 (CABA) N° Serie: MP00005085 S1:
Sector: LAB. 2° Tanque: Remito:
Tipo Serv: MENSUAL N° Serie: svo:

Vencimiento de Consumibles

LC 174 8/26 LC 136 9/26 LC 105 3/27 LC 107 7/27
LC 101 9/26
RO CICLOS 7038 VOL TOTAL 177815

Relevamiento de Datos

	SI	NO	N/A
Cloro libre Alimentación: 0.1 ppm/mV	☒	☐	☐
Conductividad alimentación: 309 uS/cm	☐	☒	☐
Tensión alimentación: 22.1 v	☐	☒	☐
Tensión fuente de alimentación: 24 v	☒	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación: OK °C	☒	☐	☐
Tensión EDI: N/A °C	☒	☐	☐
Presión alimentación: 2.5 Bar	☒	☐	☐
Presión bomba de alta: 7.2 Bar	☒	☐	☐
Presión Loop: 1.13 Bar	☐	☒	☐
Conductividad RO: 9 uS/cm	☒	☐	☐
Conductividad Loop: 0.067 uS/cm			
Caudal permeado: 1 L/min			
Caudal Loop: OK L/min			
Caudal concentrado: OK L/min			
Filtro de alimentación:	☒	☐	☐
Filtro Malla alimentación:	☐	☒	☐
Filtro Malla Loop solo:	☐	☒	☐
Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐
Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐	☐
Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐
Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐
Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐
El cliente requiere cambio en la program:	☐	☒	☐
Sensor Detencion de perdidas conectado:	☒	☐	☐
Consumo bomba de alta:			OK A
Consumo bomba de Recirculación:			OK A
Temperatura:			28.2°C
Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI:			N/A uS/cm

Recomendaciones

SE REALIZA SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENSUAL
SE CAMBIA MICROFILTRO DE ALIMENTACION
SE CONTROLAN PRESIONES Y PARASISTOL
SANITIZACION RO
REVISION GENERAL

EQUIPO OPERATIVO

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	CFYCET221065	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☒		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio: Muy Satisfactorio: ☐ Satisfactorio: ☐ Poco Satisfactorio: ☐

Hora Inicio: Hora Fin:

Firma Técnico: Firma Cliente:

Aclaración: Aclaración:

Urgencias, contacto rápido, llame al
siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5695
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas
Escanea y completa todos los datos
solicitados



Emergencias tiempo de respuesta
hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes
de 8:00 hs a 17:00 hs)

2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail atstockelga@veolia.com