

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				043297					
Cliente: <i>Buss Medical Center</i>		Fecha: <i>7-7-25</i>							
Contacto:		Modelo: <i>RLP 60</i>		Diagnostica: <i>nc</i>					
Dirección:		N° Serie: <i>1100005035</i>		S1:					
Sector: <i>Lab 2° piso</i>		Tanque:		Remito: ☒					
Tipo Serv: <i>Manual</i>		N° Serie: <i>/</i>		SVO:					
Vencimiento de Consumibles				LC <i>174/7-25</i>					
LC <i>136/9-25</i>		LC <i>105/3-26</i>		LC <i>108/9-25</i>					
RO CICLOS		VOL TOTAL							
<i>6783</i>		<i>159870</i>							
Relevamiento de Datos				SI NO N/A					
Cloro libre Alimentación:	<i>-</i> ppm/mV	Filtro de alimentación:	☐	☐	☒				
Conductividad alimentación:	<i>150</i> uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☐	☒	☐				
Tensión alimentación:	<i>220</i> V	Filtro Malla Loop solo	☒	☐	☐				
Tensión fuente de alimentación:	<i>24</i> V	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐				
Tensión Bomba Recirculación:	<i>/</i> °C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐	☐				
Tensión EDI	<i>/</i> °C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐				
Presión alimentación:	<i>2</i> Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐				
Presión bomba de alta:	<i>6.2</i> Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐				
Presión Loop:	<i>1.13</i> Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐				
Conductividad RO:	<i>60</i> uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☐	☐	☐				
Conductividad Loop:	<i>067</i> uS/cm	Consumo bomba de alta:			A				
Caudal permeado:	<i>1</i> L/min	Consumo bomba de Recirculación			A				
Caudal Loop:	<i>/</i> L/min	Temperatura			V				
Caudal concentrado:	<i>/</i> L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI			uS/cm				
Recomendaciones									
<i>- Se realiza Servicio Manual</i>									
<i>- Se muestran parámetros y valores</i>									
<i>- Se sustituye</i>									
<i>- Se asegura filtro High de generación</i>									
<i>- Filtro quitado</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>Mano de obra</i>	☒		☐			☐		☐
<i>1</i>	<i>Substancia</i>	☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: <i>15.00</i>				Hora Fin:					
Firma Técnico: <i>[Signature]</i>				Firma Cliente: <i>[Signature]</i>					
Aclaración: <i>Alcance</i>				Aclaración: <i>DAVID [Signature]</i>					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono				Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas					
+54 9 11 3580-5695				Escanea y completa todos los datos solicitados					
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados				Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)					
				2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com					