

SECTOR	EQUIPAMIENTO	MODELO	MARCA	Nº SERIE	EQUIPO Nº	VOLUMEN
LABORATORIO	PIPETA	MONOCANAL	SOCOREX	31112799	63	5-50 µl

CONTROL 1	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Minimo	5 μl	5,2	Correcta	Correcta
		5		
		5		
		5,1		
		5,2		
		5,1	Error :	2,00%

CALIBRACION (Error < 3 %)
Aceptada

CONTROL 2	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Medio	20 µl	20,6	Correcta	Correcta
		20,4		
		20,5		
		20,6		
		20,4		
		20,5	Error :	2.5 %

F.Correccion Z (µl/mg)
Según Tabla (°C/kPa)
Metodo
Gravimetria
Balanza Patron
Nº 0812401517

CONTROL 3	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Maximo	50 µl	50,9	Correcta	Correcta
		50,8		
		52,1		
		51,2		
		50,5		
		51,1	Error :	2.2 %



Fecha
04 /.07 / 2025

Proxima Verificacion
12 Meses

Aceptacion del Ensayo :

El Instrumento dara por aceptada su Calibracion si el Error arroja valores por debajo del 3%

Datos Complementarios y Condiciones	
OPERADOR	C.F.
TEMPERATURA AMBIENTE	20,6 °C
HUMEDAD AMBIENTE	57,00%
LIQUIDO UTILIZADO	H2O Destilada G3



Observaciones	Certificado N°	Codigo Interno
	STE	SEDE
	50-476	CMA

Este documento es propiedad de Eficap, queda prohibida su reproduccion parcial o total

FIRMA

SERVICIO TECNICO
CALIBRACIONES
Y MANTENIMIENTO

