



Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
Cliente: FUNDACIÓN SWISS MEDICAL				044407					
Contacto:		Modelo: MP120		Fecha: 4/12/20					
Dirección: CITA MARCA 1292		N° Serie: MP0003507		Diagnostica: 233					
Sector: LABORATORIO 2-150		Tanque:		S1:					
Tipo Serv: MENSUAL		N° Serie:		Remito:					
Vencimiento de Consumibles									
LC	LC	LC	LC	LC	LC				
RO CICLOS		4957		VOL TOTAL					
				160989					
Relevamiento de Datos									
Cloro libre Alimentación:		ppm/mV	Filtro de alimentación:	SI	NO N/A				
Conductividad alimentación:		uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☒	☐				
Tensión alimentación:		v	Filtro Malla Loop solo	☒	☐				
Tensión fuente de alimentación:		v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐				
Tensión Bomba Recirculación:		°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐				
Tensión EDI		°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐				
Presión alimentación:		Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐				
Presión bomba de alta:		Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐				
Presión Loop:		Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒				
Conductividad RO:		uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☒	☐				
Conductividad Loop:		uS/cm	Consumo bomba de alta:		A				
Caudal permeado:		L/min	Consumo bomba de Recirculación		A				
Caudal Loop:		L/min	Temperatura	28.2	v				
Caudal concentrado:		L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI		uS/cm				
Recomendaciones									
- SE REAGRA MANTENIMIENTO MENSUAL									
- SE CONTINUAN PARAMETROS Y PRECISIONES									
- SE CAMBIA MICROFILTRO DE ALIMENTACIÓN Y SECUA CARCASA									
- SE SANITIZADO									
- SE CAMBIA CARBONBLANCO EN LA FLETA									
- SE CAMBIA FILTRO MESIT									
- EQUIPO OPERATIVO									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	MICROFILTRO	☒		☐			☐		☐
1	CARBONBLANCO	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: 10:30				Hora Fin:					
Firma Técnico: 				Firma Cliente: 					
Aclaración: 0.41709				Aclaración:					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono				Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas					
+54 9 11 3580-5695				Escanea y completa todos los datos solicitados					
				Emergencias tiempo de respuesta					

