

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:	
				00021622	
Cliente: <u>SWISS CATAMARCA</u>				Fecha: <u>11/11/2020</u>	
Contacto:		Tipo: <u>MANUAL</u>		Serie: <u>RETROTAMIENTO 3-P</u>	
Dirección: <u>CATAMARCA 1242 - CABN</u>		svo:		S1: <u>SOLA MAQUINAS</u>	
Sector: <u>CAB. CENTRAL - 3° PISO</u>		Remito N°:		S1 Mat:	
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200	
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles	
LC 141	LC 105	LC 177	LC 174	LC 156	LC 160
LC 125	LC 154	LC 109	LC 136	LC 158	
LC 140	LC 136	LC 105	LC 175	LC 159	
Datos comunes a ambos equipos					
Cloro libre Alimentación: ppm/mV		Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:		Si No	
Conductividad alimentación: uS/cm		Filtro Malla Loop solo R15 :		Si No	
Temperatura: °C		Consumo bomba de alta:		A	
Tensión alimentación: <u>220</u> v		Consumo bomba de Recirculación:		A	
Tensión fuente de alimentación: <u>24</u> v		Tensión Bomba Recirculación:		v	
Estado general del filtro de alimentación: Si No		Nivel de ruido bomba de alta:		Si No	
Presión alimentación: <u>2,5</u> Bar		Nivel de ruido bomba de recirculación:		Si No	
Presión bomba de alta: Bar		Control de cierre de la válvula de alim.:		Si No	
Presión Loop: Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:		Si No	
Conductividad RO: uS/cm		Drenaje optimo para el equipo:		Si No	
Conductividad Loop: uS/cm		El cliente requiere cambio en la programación:		Si No	
Caudal permeado: L/min		Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:		Si No	
Caudal Loop: L/min		Caudal concentrado:		L/min	
Recomendaciones					
<u>SE REALIZA CONTROL MENSUAL SISTEMA RETROTAMIENTO. SE VERIFICA ESTADO GENERAL DE MULTIMEDIAS Y FILTROS BIG BLUE. REQUIERE CAMBIO FILTROS SISTEMA MULTIMEDIA. SISTEMA ESTANCO Y OPERATIVO. Presión circuito 2,5 BAR</u>					
Insumos utilizados					
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:	
Hora Inicio: <u>08:00 h</u>		Hora Fin:		Poco Satisfactorio:	
Firma Técnico: <u>[Firma]</u>		Firma Cliente: <u>[Firma]</u>			
Aclaración: <u>Cloro Marcos</u>		Aclaración: <u>Pino</u>			
Call center Servicio Técnico (único numero para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com			Sábados, domingos y feriados 24hs Lunes a Viernes de 18 a 9.00 hs 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.		