

Fluke Biomedical Ansur

Test and Inspection Procedure

Copyright © 2000 - 2012 Fluke Biomedical

Registro test

TEST CORRECTO

Test realizado

Fecha: 12/3/2026
Registro: 28009 - 2.mtr
Plantilla: IEC 62353 Alternative
Leakage - CL1.mtt

Componentes utilizados del Ansur

Ansur Versión 2.9.7
'Plug-In': ESA620 Versión 1.1.11

Configuración test

Selecciones

Pruebas de servicio realizadas	Normas realizadas
	IEC 62353 (CL1)

Equipo bajo test

Número de serie	28009	Tipo	Centrifuga
Código equipo		Modelo	RCA-300 RVT
Grupo	Laboratorio	Localización	Laboratorio Catamarca
Estado	MONT	Dirección 1	Catamarca 1242
Fabricante	Presvac	Dirección 2	piso: 2

Datos MTI

Instrumento de test	Número de serie	Versión Firmware
ESA 620	2982052	v2.10

Firmas

Resultado test

Elemento de test		Tipo de test			Fall o
IEC 62353 Alternative Leakage - Class I		Auto Sequence			
Mains Voltage		Mains Voltage			
Live to Neutral		Mains Voltage Live to Neutral			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior	Standard
Live to Neutral	221,0	V			IEC 62353 (CL1)
Neutral to Earth		Mains Voltage Neutral to Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior	Standard
Neutral to Earth	221,6	V			IEC 62353 (CL1)
Live to Earth		Mains Voltage Live to Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior	Standard
Live to Earth	0,5	V			IEC 62353 (CL1)
Protective Earth Resistance		Protective Earth Resistance			
Configuración: Test Current: 200 mA					
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior	Standard
PE Resistance1	0,261	Ohm	0,3		IEC 62353 (CL1)
Alternative Equipment Leakage		Alternative Equipment Leakage			
Closed Earth		Alternative Equipment Leakage Closed Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior	Standard
Closed Earth	625,0	uAAC	1000		IEC 62353 (CL1)
Open Earth		Alternative Equipment Leakage Open Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior	Standard
Open Earth	626,0	uAAC	1000		IEC 62353 (CL1)
Insulation Resistance		Insulation Resistance			
Configuración: Test Voltage: 500V					
Mains to Protective Earth		Insulation Resistance Mains to Protective Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior	Standard
Mains to Protective Earth	62,2	MOhm			IEC 62353 (CL1)