

Testeo General del Equipo		ELGA				VEOLIA		Servicio N°:	
								00039901	
Cliente: <i>Swiss medical Caramerco</i>								Fecha: <i>08/04/25</i>	
Contacto:				Modelo: <i>Micro</i>				Diagnostica: <i>PT</i>	
Dirección: <i>CABA</i>				N° Serie: <i>Micro 0000156L</i>				S1:	
Sector: <i>Lab PB</i>				Tanque: <i>25LT</i>				Remito:	
Tipo Serv: <i>Mensual</i>				N° Serie:				SVO:	
								LC	
								LC	
								LC	
								LC	
RO CICLOS				VOL TOTAL					
Relevamiento de Datos									
SI NO N/A									
Cloro libre Alimentación:		ppm/mV		Filtro de alimentación:					
Conductividad alimentación: <i>314</i>		uS/cm		Filtro Malla alimentación:					
Tensión alimentación: <i>220</i>		v		Filtro Malla Loop solo					
Tensión fuente de alimentación: <i>24</i>		v		Nivel de ruido bomba de alta:					
Tensión Bomba Recirculación:		°C		Nivel de ruido bomba de recirculación:					
Tensión EDI		°C		Control de cierre de la válvula de alim.:					
Presión alimentación: <i>OK</i>		Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:					
Presión bomba de alta: <i>OK</i>		Bar		Drenaje optimo para el equipo:					
Presión Loop:		Bar		El cliente requiere cambio en la program					
Conductividad RO: <i>11</i>		uS/cm		Sensor Detencion de perdidas conectado					
Conductividad Loop:		uS/cm		Consumo bomba de alta:				A	
Caudal permeado:		L/min		Consumo bomba de Recirculación				A	
Caudal Loop:		L/min		Temperatura				v	
Caudal concentrado: <i>9400</i>		L/min		Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI				uS/cm	
Recomendaciones									
<i>- Se realice servicio mensual</i>									
<i>- Se controlen Presiones y Pirores</i>									
<i>- Se cambie membranas y carbon block de Alimentación</i>									
<i>- Equipo Operativo</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>Microfillos</i>	☒		☐			☐		☐
<i>1</i>	<i>Carbonblock</i>	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: <i>11:00</i>				Hora Fin:					
Firma Técnico: <i>[Firma]</i>				Firma Cliente: <i>[Firma]</i>					
Aclaración:				Aclaración:					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas				
+54 9 11 3580-5695					Escanea y completa todos los datos solicitados				
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados									
					Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)				
					2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com				