

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°: 040900					
Cliente: SWISS MEDICAL				Fecha: 7/8/25					
Contacto:		Modelo: PRETRATAMIENTO		Diagnostica: PT					
Dirección: CATAMARCA 1242		N° Serie: 71491		S1:					
Sector: Planta Pretratamiento 3° piso		Tanque:		Remito:					
Tipo Serv: MENSUAL		N° Serie:		svo:					
Vencimiento de Consumibles				LC					
LC		LC		LC					
RO CICLOS		VOL TOTAL							
Relevamiento de Datos									
Cloro libre Alimentación:		ppm/mV	Filtro de alimentación:	SI	NO				
Conductividad alimentación:		uS/cm	Filtro Malla alimentación:		N/A				
Tensión alimentación:		v	Filtro Malla Loop solo						
Tensión fuente de alimentación:		v	Nivel de ruido bomba de alta:						
Tensión Bomba Recirculación:		°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:						
Tensión EDI		°C	Control de cierre de la válvula de alim.:						
Presión alimentación:		Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:						
Presión bomba de alta:		Bar	Drenaje optimo para el equipo:						
Presión Loop:		Bar	El cliente requiere cambio en la program						
Conductividad RO:		uS/cm	Sensor Detenccion de perdidas conectado						
Conductividad Loop:		uS/cm	Consumo bomba de alta:		A				
Caudal permeado:		L/min	Consumo bomba de Recirculación		A				
Caudal Loop:		L/min	Temperatura		v				
Caudal concentrado:		L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI		uS/cm				
Recomendaciones									
SE REALIZA MANTENIMIENTO MENSUAL									
SE CONTROLAN PRESIONES									
NO SE CAMBIO MICROFILTRO NI CARBON BLOCK POR FALTAS DE STOCK									
EQUIPO OPERATIVO									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio:		10 HS		Hora Fin:					
Firma Técnico:				Firma Cliente:					
Aclaración:				Aclaración:					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono				Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas					
+54 9 11 3580-5695				Escanea y completa todos los datos solicitados					
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados				Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)					
				2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com					