

Testeo General del Equipo

ELGA  VEOLIA

Servicio N°:

28531

Cliente: SWISS MEDICAL CATAMARCA
 Contacto: Modelo: MP120
 Dirección: CATAMARCA RY2 GMA N° Serie: 1543
 Sector: LAB CENTRAL Tanque: S1:
 Tipo Serv: MANT MENSUAL N° Serie: Remito:
 svo:

Solo Medica R/D 7/15			Solo Medica Pro/Centra 30/60/120			Solo Medica/Centra R200		
Contador de horas			Fecha cambió de consumibles			Fecha cambió de consumibles		
LC 141		LC 105	LC 177	3/23	LC 174	4/23	LC 156	LC 160
LC 125		LC 154	LC 109	3/23	LC 136	3/23	LC 158	
LC 140		LC 136	LC 105	3/23	LC 175		LC 159	

Datos comunes a ambos equipos

Cloro libre Alimentación:	ppm/mV	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:	Si No
Conductividad alimentación:	uS/cm	Filtro Malla Loop solo R15 :	Si No
Temperatura:	23 °C	Consumo bomba de alta:	A
Tensión alimentación:	220 V	Consumo bomba de Recirculación:	A
Tensión fuente de alimentación:	24 V	Tensión Bomba Recirculación:	V
Estado general del filtro de alimentación:	Si No	Nivel de ruido bomba de alta:	Si No
Presión alimentación:	2.5 Bar	Nivel de ruido bomba de recirculación:	Si No
Presión bomba de alta:	7.5 Bar	Control de cierre de la válvula de alim.:	Si No
Presión Loop:	1.15 Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	Si No
Conductividad RO:	11 uS/cm	Drenaje optimo para el equipo:	Si No
Conductividad Loop:	0.067 uS/cm	El cliente requiere cambio en la programación:	Si No
Caudal permeado:	2 L/min	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:	Si No
Caudal Loop:	L/min	Caudal concentrado:	L/min

Recomendaciones

-SE REALIZA MANTENIMIENTO MENSUAL
 -SE CONTINUAN PARAMETROS Y PRESIONES
 -SE CAMBIAN MANGUERAS DE ALIMENTACIÓN
 EQUIPO OPERATIVO

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
10	FTUPE201306		310						
2	CT3	X							
1	MP120	X							

Resultado del servicio: Muy Satisfactorio: Satisfactorio: Poco Satisfactorio:
 Hora Inicio: 14:15 Hora Fin: 15:20
 Firma Técnico: Firma Cliente:
 Aclaración: D.M.T.M.G. Aclaración:

Call center Servicio Técnico
 (único número para recepción de solicitudes y reclamos)
 Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283

Mail para solicitud de materiales:
 stockelga@veolia.com

Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias
 ar.vwt.cus.support@veolia.com

Sábado, Domingo, y feriados 24 hs.
 Lunes a Viernes 18 a 9,00 hs. 011 1535805695
 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3horas de recibidos)

Tiempos de respuesta:
 Abono Premium 72hs.
 Abono Premium Oro 48hs.