

Testeo General del Equipo

ELGA



VEOLIA

Servicio N°:

043974

Cliente: *SWISS Gtamariz*

Contacto:

Fecha: *9/10/25*

Dirección: *Gtamariz 1292 CABA*

Modelo: *MP-60*

Diagnostica: *ABB*

Sector: *LAB central 2°*

N° Serie: *MP00005085*

S1:

Tipo Serv: *mensual*

Tanque:

Remito:

N° Serie:

svo:

Vencimiento de Consumibles

LC *174 9/26*

LC *136 4/26*

LC *105 9/26*

LC

LC *109 4/26*

RO CICLOS

6609

VOL TOTAL

166081

Relevamiento de Datos

		SI	NO	N/A
Cloro libre Alimentación:	ppm/mV			
Conductividad alimentación:	uS/cm	☒	☐	☐
Tensión alimentación:	v	☒	☐	☐
Tensión fuente de alimentación:	v	☒	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación:	°C	☒	☐	☐
Tensión EDI	°C	☒	☐	☐
Presión alimentación:	Bar	☒	☐	☐
Presión bomba de alta:	Bar	☒	☐	☐
Presión Loop:	Bar	☒	☐	☐
Conductividad RO:	uS/cm	☐	☒	☐
Conductividad Loop:	uS/cm	☒	☐	☐
Caudal permeado:	L/min			A
Caudal Loop:	L/min			A
Caudal concentrado:	L/min			v
				uS/cm

Recomendaciones

se realiza mantenimiento mensual

se controlan parámetros y presiones

se sanitiza RO

se cambia micro filtro de entrada

equipo operando

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>micro filtro</i>	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio:

Muy Satisfactorio:

☐

Satisfactorio:

☐

Poco Satisfactorio:

☐

Hora Inicio:

11

Hora Fin:

Firma Técnico:

[Firma]

Firma Cliente:

[Firma]

Aclaración:

RO RO

Aclaración:

[Firma]

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5695

Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas
Escanea y completa todos los datos solicitados

Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)

