

# Testeo General del Equipo

ELGA



VEOLIA

Servicio N°:

00037830

Cliente: SWISS MEDICAL

Fecha: 10/2/15

Contacto:

Modelo: MP160

Diagnostica: 4125

Dirección: CATA MARA 1242

N° Serie: MPO223507

S1:

Sector: LABORATORIO 2-PISO

Tanque:

Remito:

Tipo Serv: MENSUAL

N° Serie:

SVO:

## Vencimiento de Consumibles

LC 174 8/15

LC 136 3/15

LC 105 3/15

LC 177

RO CICLOS

9425+

VOL TOTAL

1317840

## Relevamiento de Datos

SI NO N/A

|                                 |             |                                                       |                                     |                                     |                          |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Cloro libre Alimentación:       | ppm/mV      | Filtro de alimentación:                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Conductividad alimentación:     | 287 uS/cm   | Filtro Malla alimentación:                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Tensión alimentación:           | 220 v       | Filtro Malla Loop solo                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Tensión fuente de alimentación: | 24 v        | Nivel de ruido bomba de alta:                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Tensión Bomba Recirculación:    | - °C        | Nivel de ruido bomba de recirculación:                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Tensión EDI                     | - °C        | Control de cierre de la válvula de alim.:             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Presión alimentación:           | 2.8 Bar     | Acceso para el mantenimiento adecuado:                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Presión bomba de alta:          | 6 Bar       | Drenaje optimo para el equipo:                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Presión Loop:                   | 1.12 Bar    | El cliente requiere cambio en la program              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Conductividad RO:               | 10 uS/cm    | Sensor Detencion de perdidas conectado                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Conductividad Loop:             | 0.067 uS/cm | Consumo bomba de alta:                                |                                     |                                     | A                        |
| Caudal permeado:                | 2.1 L/min   | Consumo bomba de Recirculación                        |                                     |                                     | A                        |
| Caudal Loop:                    | / L/min     | Temperatura                                           | 27.2                                |                                     | v                        |
| Caudal concentrado:             | / L/min     | Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI |                                     |                                     | uS/cm                    |

## Recomendaciones

- SE REACITA MANTENIMIENTO MENSUAL
- SE CONTINUA PARAMETROS Y MENSUAL
- SE CUMPLE ALTO MANTENIMIENTO
- SE CAMBIA MANTENIMIENTO DE ALIMENTACION Y
- SE CUMPLE CON CADA
- SE SANITIZA RO
- SE CONECTA SENSOR ANTIDERRAMA
- SE CAMBIA CARBON EN LA 727
- EQUIPO OPERATIVO

## Insumos utilizados

| CANT | MATERIAL | CLIENTE                             | SETEC | REMITO                   | CANT | MATERIAL | CLIENTE                  | SETEC | REMITO                   |
|------|----------|-------------------------------------|-------|--------------------------|------|----------|--------------------------|-------|--------------------------|
| 1    | MP160    | <input checked="" type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/> |      |          | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/> |
| 1    | Carbón   | <input checked="" type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/> |      |          | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/> |
|      |          | <input type="checkbox"/>            |       | <input type="checkbox"/> |      |          | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/> |
|      |          | <input type="checkbox"/>            |       | <input type="checkbox"/> |      |          | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/> |
|      |          | <input type="checkbox"/>            |       | <input type="checkbox"/> |      |          | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/> |

Resultado del servicio: Muy Satisfactorio: ☐ Satisfactorio: ☐ Poco Satisfactorio: ☐

Hora Inicio: 12:20

Hora Fin:

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Aclaración: DIMITUS

Aclaración: M25125 Reizni

**Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono**

**+54 9 11 3580-5695**

**Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados**

**Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas**  
Escanea y completa todos los datos solicitados

Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)

