Testeo General del Equipo

ELGA VEOLIA

Servicio N°: 042790

Cliente: Suss Medical Catamarca			Fecha: 4/3/26
Contacto:	Modelo: Pretratamiento 3"x5		Diagnostica:
Dirección:	N° Serie: 0071491		S1:
Sector: Sala de maquinas (3° piso)	Tanque:		Remito:
Tipo Serv: Mantenimiento	N° Serie:		svo:
Vencimiento de Consumibles			LC
LC	LC	LC	LC
RO CICLOS		VOL TOTAL	

Relevamiento de Datos			SI	NO	N/A
Cloro libre Alimentación:	ppm/mV	Filtro de alimentación:	☑	☐	☐
Conductividad alimentación:	uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☐	☐	☑
Tensión alimentación:	v	Filtro Malla Loop solo	☐	☐	☐
Tensión fuente de alimentación:	v	Nivel de ruido bomba de alta:	☐	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación:	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☐	☐	☐
Tensión EDI	°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☐	☐	☐
Presión alimentación: 3/4	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☐	☐	☐
Presión bomba de alta:	Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☐	☐	☐
Presión Loop:	Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☐	☐
Conductividad RO:	uS/cm	Sensor Detenccion de perdidas conectado	☐	☐	☐
Conductividad Loop:	uS/cm	Consumo bomba de alta:			A
Caudal permeado:	L/min	Consumo bomba de Recirculación			A
Caudal Loop:	L/min	Temperatura			v
Caudal concentrado:	L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI			uS/cm

Recomendaciones

- Se realiza mantenimiento de pretratamiento
- se realiza contralavado de cilindros de carbon activado
- se reemplaza microfiltro de alimentacion
- Equipo operativo

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	CSVOD24T01A	☑		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio:	Muy Satisfactorio:	☐	Satisfactorio:	☐	Poco Satisfactorio: ☐
Hora Inicio: 12:40			Hora Fin:		
Firma Técnico:			Firma Cliente:		
Aclaración: Ignacio Nuñez Patricio			Aclaración:		

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5695

Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consulas

Escanea y completa todos los datos solicitados

Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)

2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com

Escaneado con CamScanner