

Testeo General del Equipo		ELGA VEOLIA		Servicio N°:					
				043927					
Cliente: <i>FUNDACION SWISS MEDICAL (CATAMARCA)</i>		Modelo: <i>MP120</i>		Fecha: <i>11/11/25</i>					
Contacto:		N° Serie: <i>MP00003507</i>		Diagnostica: <i>ABBOTT</i>					
Dirección: <i>CATAMARCA 1242 (CABA)</i>		Tanque:		S1:					
Sector: <i>LABORATORIO 22 P.50</i>		N° Serie:		Remito:					
Tipo Serv: <i>MEUSUAL</i>				SVO:					
Vencimiento de Consumibles				LC					
LC		LC		LC					
RO CICLOS		4608		VOL TOTAL					
				148451					
Relevamiento de Datos				SI NO N/A					
Cloro libre Alimentación:	1	ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐				
Conductividad alimentación:	304	uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☒	☐				
Tensión alimentación:	220	v	Filtro Malla Loop solo	☒	☐				
Tensión fuente de alimentación:	24	v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐				
Tensión Bomba Recirculación:	/	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐				
Tensión EDI	/	°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐				
Presión alimentación:	4	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐				
Presión bomba de alta:	8	Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐				
Presión Loop:	1.14	Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒				
Conductividad RO:	8	uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☒	☐				
Conductividad Loop:	0.067	uS/cm	Consumo bomba de alta:	/ A					
Caudal permeado:	2.3	L/min	Consumo bomba de Recirculación	/ A					
Caudal Loop:	OK	L/min	Temperatura	25.6 v					
Caudal concentrado:	OK	L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI	/ uS/cm					
Recomendaciones									
SE REALIZA MANTENIMIENTO MEUSUAL									
SE CONTROLAN PRESIONES Y PARAMETROS									
SE CAMBIA MICROFILMS DE FILTRADA									
REVISION GENERAL DEL EQUIPO									
EQUIPO OPERATIVO									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	microfilms	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐			Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐		
Hora Inicio:		9:00 hrs			Hora Fin:				
Firma Técnico:					Firma Cliente:				
Aclaración:		TOVAGUSO LEANDRO			Aclaración:				
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono +54 9 11 3580-5695 Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados				
					Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs) 2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com				

