



César Zayas
Optimus
Responsable monotributo
C.u.i.t. 20-17801613-0
Ingr. Brutos 079271-03
Inicio de actividades: 12-1998

CERTIFICADO	DE	SERVICIO	TECNICO
-------------	----	----------	---------

Señor/es
Swiss Medical S.A.

EQUIPO	Microscopio binocular
MARCA	Leica
MODELO	Bg38
SERIE N°	198268

SERVICIO TECNICO	FECHA:	12-jun-23
DETALLE		
Centrado y limpieza elementos ópticos. Ajuste y lubricación componentes mecánicos. Control de seguridad sistema eléctrico. Limpieza del estativo. Reparación del los sistemas de enfoque macrométrico y micrométrico.		
OBSERVACIONES		
Equipo dentro de rango operativo. Aprobado Se sugiere colocación de filtro convertidor azul		
 ZAYAS CÉSAR Técnico en Óptica Instrumental		
PROXIMO SERVICE SUGERIDO	FECHA:	12-jun-24