

Testeo General del Equipo

ELGA



VEOLIA

Servicio N°:

043837

Cliente: *SWISS MEDICAL*

Fecha: *26/09/2023*

Contacto:

Modelo: *MP 120*

Diagnostica: *ABBOTT*

Dirección: *CATAMARCA 1242 CABA*

N° Serie: *MP00001543*

S1:

Sector: *LABORATORIO 1°*

Tanque:

Remito:

Tipo Serv: *EVENTUAL*

N° Serie:

svo:

Vencimiento de Consumibles

LC

LC

LC

LC

LC

RO CICLOS

VOL TOTAL

Relevamiento de Datos

SI NO N/A

Cloro libre Alimentación:	ppm/mV	Filtro de alimentación:	☐	☐	☐
Conductividad alimentación:	uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☐	☐	☐
Tensión alimentación:	v	Filtro Malla Loop solo	☐	☐	☐
Tensión fuente de alimentación:	v	Nivel de ruido bomba de alta:	☐	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación:	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☐	☐	☐
Tensión EDI	°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☐	☐	☐
Presión alimentación:	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☐	☐	☐
Presión bomba de alta:	Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☐	☐	☐
Presión Loop:	Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☐	☐
Conductividad RO:	uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☐	☐	☐
Conductividad Loop:	uS/cm	Consumo bomba de alta:			A
Caudal permeado:	L/min	Consumo bomba de Recirculación			A
Caudal Loop:	L/min	Temperatura			v
Caudal concentrado:	L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI			uS/cm

Recomendaciones

*SE REEMPLAZA CABEZAL SMART DE BOMBA PRESURIZADORA HYDROPRESS
LA BOMBA EN SI, NO PRESENTA FALLA ALGUNA, FUNCIONA CON NORMALIDAD!!!*

*SE REALIZA BYPASS ENTRE BOMBAS PARA UTILIZAR EN CASO DE ALGUNA
EMERGENCIA. (CONEXIONADO ENTRE BOMBAS CON CLAVES)*

SE REPARA PERDIDA EN BOMBA HYDROPRESS

EQUIPO OPERATIVO.

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>PUEGGCS372205</i>	☐	<i>310</i>	☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio: Muy Satisfactorio: ☐ Satisfactorio: ☐ Poco Satisfactorio: ☐

Hora Inicio: *16:30 HS*

Hora Fin:

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Aclaración: *TOVAGUIARO LEANDRO*

Aclaración: *Flora Lezcano*

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5695

Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas
Escanea y completa todos los datos solicitados



Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)