



César Zayas

Optimus

Responsable monotributo

C.u.i.t. 20-17801613-0

Ingr. Brutos 079271-03

Inicio de actividades: 12-1998

CERTIFICADO	DE	SERVICIO	TECNICO
-------------	----	----------	---------

Señor/es

Swiss Medical S.A.

EQUIPO	Microscopio binocular
MARCA	Nikon
MODELO	Eclipse E-200
SERIE N°	617406

SERVICIO TECNICO	FECHA:	15-jul-22
DETALLE		
Cenrtro y limpieza elementos ópticos. Ajuste y lubricación componentes mecánicos. Control de seguridad sistema eléctrico. Limpieza del estativo.		
OBSERVACIONES		
Se colocó adhesivo en el anillo de sujeción del ocular derecho. Equipo dentro de rango operativo. Aprobado		
		
ZAYAS CÉSAR TÉC. EN ÓPTICA INSTRUMENTAL		
PROXIMO SERVICE SUGERIDO	FECHA:	15-jul-23



Optimus
de César Ramón Zayas

R

Cod. 91

REMITO

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Nº 0003-00000145

Saladillo 1277 Dto. 2 - C1408FJE
C.A. Buenos Aires - Tel.: 4644-2394

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Fecha: 15 / 07 / 22

C.U.I.T.: 20-17801613-0

Ing. Brutos: 079271-03

Fecha Inicio Activ.: 12/1998

Sr(es) Swiss Medical SA

Calle Vicente Ovidio 141

Localidad L. de Zammora

IVA: No Resp. ☐

Exento ☐

Cons. Final ☐

R. Inscripto ☒

R. Monotributo ☐

CUIT: 30-65485516-8

Condiciones de Venta:

Contado ☒

Cta. Cte. ☐

Remitimos a Ud(s) lo siguiente:

CANTIDAD

DETALLE

1

Posición 210: Microscopio óptico marca Nikon modelo Eclipse E-200 serie nº 617406, servicio de mantenimiento preventivo.

cargado

20/7/2022

Pedido de Compensación nº 4500799474

Recibí conforme:

Firma

Aclaración de Firma

Produpel

Guillermo González - Caaguazú 6739 Capital - Telefax: 4644-0677 Habilitación Exp. 75060/05
CUIT: 20-07672741-5 - Fecha impresión: 12/08/2021 - Del 0003-00000101 al 0003-00000150.

C.A.I. Nº 47320187523038
Fecha Vto.: 10/08/2022

ORIGINAL: Blanco ~ DUPLICADO: Verde