

|                                                                                  |  |                                                                       |  |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------|------------|
|  |  | <b>INSPECCION Y MANTENIMIENTO</b><br><b>PREVENTIVO DE CENTRIFUGAS</b> |  | <b>IC-CEN-F011</b> |            |
|                                                                                  |  |                                                                       |  | <b>Versión:</b>    | <b>2.0</b> |
|                                                                                  |  | <b>Vigencia</b>                                                       |  |                    |            |

|                        |  |                            |  |                   |                       |
|------------------------|--|----------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| <b>Equipo:</b>         |  | <b>Modelo: DCA-300 RVT</b> |  | <b>Edificio:</b>  | Laboratorio Catamarca |
| <b>N° serie: 24084</b> |  | <b>Marca: PRESVAC</b>      |  | <b>Sector:</b>    | Laboratorio           |
|                        |  |                            |  | <b>Ubicación:</b> | 2do Piso              |
|                        |  |                            |  | <b>Fecha:</b>     | 03/03/2022            |
|                        |  |                            |  | <b>Orden M:</b>   | 9178131               |
|                        |  |                            |  | <b>Realizó:</b>   | Melina Montalto       |

| Instrumental utilizado | Marca | Modelo | N° de serie |  |
|------------------------|-------|--------|-------------|--|
| Analizador SE          | Fluke | ESA620 | 2981017     |  |
| Tacómetro              | CEM   | AT-8   | 161118067   |  |
|                        |       |        |             |  |
|                        |       |        |             |  |

| Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda) |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|---|--|--|
| Inspección superada, el equipo es apto para el uso     | X |  |  |
| El equipo ha necesitado reparación                     |   |  |  |
| El equipo no está reparado. No se puede usar           |   |  |  |
| Comentarios:                                           |   |  |  |

| Puntos de inspección |                                                                                            |    |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| <b>8.1</b>           | <b>Test de Inspección y Funcionalidad</b><br>Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda |    |  |
| 8.1.1                | Chasis                                                                                     | P  |  |
| 8.1.2                | Montajes y Apoyos                                                                          | P  |  |
| 8.1.3                | Enchufe de Red y Base de Enchufe                                                           | P  |  |
| 8.1.4                | Cable de Red                                                                               | P  |  |
| 8.1.5                | Amarres contra tirones                                                                     | NA |  |
| 8.1.6                | Interruptores y Fusibles                                                                   | P  |  |
| 8.1.7                | Controles y Teclas                                                                         | P  |  |
| 8.1.8                | Motor, Rotor y Bomba                                                                       | P  |  |
| 8.1.9                | Indicadores y Displays                                                                     | P  |  |
| 8.1.10               | Alarmas y Dispositivos para cortar la corriente                                            | P  |  |
| 8.1.11               | Señales audibles                                                                           | P  |  |
| 8.1.12               | Etiquetado                                                                                 | P  |  |
| 8.1.13               | Accesorios                                                                                 | P  |  |
| 8.1.14               | Frenos                                                                                     | P  |  |

|            |                                                                                  |                |               |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|
| <b>8.2</b> | <b>Test Cuantitativos</b>                                                        | <b>Seteado</b> | <b>Medido</b> | <b>P/F</b> |
| 8.2.1      | Exactitud de la Temperatura                                                      | NA             | NA            | NA         |
|            | °C                                                                               |                |               |            |
| 8.2.2      | Exactitud del Tiempo                                                             | 60             | 60            | P          |
|            | Unidades de Tiempo                                                               | segundos       |               |            |
| 8.2.3      | Exactitud de la Velocidad                                                        |                |               |            |
|            |                                                                                  | 2000           | 1984          | P          |
|            |                                                                                  | 3500           | 3490          | P          |
|            | Unidades de Velocidad                                                            | rpm            |               |            |
| <b>8.3</b> | <b>Mantenimiento Preventivo</b><br>Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda |                |               |            |
| 8.3.1      | Limpieza Exterior                                                                | P              |               |            |
| 8.3.2      | Lubricacion                                                                      | P              |               |            |
| 8.3.3      | Sustitucion de escobillas, frenos, juntas de estanqueidad y de cierre            | NA             |               |            |
| 8.3.4      | Grupo de frío                                                                    | NA             |               |            |
| 8.3.5      | Placas electrónicas y conectores                                                 | P              |               |            |
| 8.3.6      | Test de Seguridad Electrica                                                      | P              |               |            |
| <b>8.4</b> | <b>Test de Aceptación</b><br>Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda       |                |               |            |
| 8.4.1      | Seguridad de puertas                                                             | P              |               |            |