

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				043294					
Cliente: <i>Swiss Medical (Suiza)</i>		Fecha: <i>7-7-25</i>							
Contacto:		Modelo: <i>FW 110</i>		Diagnostica: <i>1814</i>					
Dirección:		N° Serie: <i>MP 2003507</i>		S1: <i>25002071</i>					
Sector: <i>Id. 2º piso</i>		Tanque:		Remito: <i>23148</i>					
Tipo Serv: <i>Manual</i>		N° Serie:		svo:					
Vencimiento de Consumibles				LC <i>LA 707197</i>					
LC <i>174/12-25</i>	LC <i>136/9-25</i>	LC <i>108/3-26</i>	LC <i>109/9-25</i>						
RO CICLOS		<i>46316</i>		VOL TOTAL					
				<i>3398227</i>					
Relevamiento de Datos				SI	NO	N/A			
Cloro libre Alimentación:	<i>—</i>	ppm/mV	Filtro de alimentación:	☐	☐	☒			
Conductividad alimentación:	<i>27</i>	uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☐	☒	☐			
Tensión alimentación:	<i>270</i>	v	Filtro Malla Loop solo	☒	☐	☐			
Tensión fuente de alimentación:	<i>24</i>	v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐			
Tensión Bomba Recirculación:	<i>1</i>	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐	☐			
Tensión EDI	<i>1</i>	°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐			
Presión alimentación:	<i>2.2</i>	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐			
Presión bomba de alta:	<i>6</i>	Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐			
Presión Loop:	<i>1.39</i>	Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐			
Conductividad RO:	<i>6</i>	uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☒	☐	☐			
Conductividad Loop:	<i>067</i>	uS/cm	Consumo bomba de alta:			A			
Caudal permeado:	<i>2</i>	L/min	Consumo bomba de Recirculación			A			
Caudal Loop:	<i>1</i>	L/min	Temperatura		<i>17</i>	v			
Caudal concentrado:	<i>1</i>	L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI		<i>1</i>	uS/cm			
Recomendaciones									
- Se realiza servicio Manual									
- Se ajustan parámetros y filtros									
- Se sanitiza									
- Se cambia manguera de generador y de ventosas									
- Se limpia follar mch de entrada									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>Mano de obra</i>	☒		☐			☐		☐
<i>1</i>	<i>Carbón activo</i>	☒		☐			☐		☐
<i>1.2M</i>	<i>FT. PC 201306</i>	☐		☒			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐			Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐		
Hora Inicio:		<i>12:40</i>			Hora Fin:				
Firma Técnico:		<i>[Firma]</i>			Firma Cliente:		<i>[Firma]</i>		
Aclaración:		<i>11C-20</i>			Aclaración:		<i>[Firma]</i>		
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas				
+54 9 11 3580-5695					Escanea y completa todos los datos solicitados				
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados					Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)				
									
					2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com				