

Esteo General del Equipo

ELGA



VEOLIA

Servicio N°:

00039338

Cliente: *SWISS MEDICAL*

Contacto:

Modelo: *MP12*

Dirección: *CARLA MORA ALBA*

N° Serie: *MP01001543*

Sector: *LABORATORIO 2° piso*

Tanque:

Tipo Serv: *SEMESTRAL*

N° Serie:

Vencimiento de Consumibles

LC *179 9/25*

LC *136 11/15*

LC *105 5/16*

LC *109 9/15*

RO CICLOS

VOL TOTAL

Relevamiento de Datos

			SI	NO	N/A
Cloro libre Alimentación:	ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐	☐
Conductividad alimentación:	uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☒	☐	☐
Tensión alimentación:	v	Filtro Malla Loop solo	☒	☐	☐
Tensión fuente de alimentación:	v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación:	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐	☐
Tensión EDI	°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐
Presión alimentación:	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐
Presión bomba de alta:	Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐
Presión Loop:	Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐
Conductividad RO:	uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☒	☐	☐
Conductividad Loop:	uS/cm	Consumo bomba de alta:			A
Caudal permeado:	L/min	Consumo bomba de Recirculación			A
Caudal Loop:	L/min	Temperatura			v
Caudal concentrado:	L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI			uS/cm

Recomendaciones

- SE REALIZA MANTENIMIENTO SEMESTRAL*
- SE CONTINUAN PARAMETROS Y PRESION EL*
- SE CAMBIA LC 105 - LC 109 - LC 136*
- SE CONECTA SENSOR ANTIDERRAME*
- EQUIPO OPERATIVO*

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>LC 136</i>	☐		☐	<i>1</i>	<i>LC 136</i>	☐		☐
<i>6</i>	<i>LC 105</i>	☐		☐	<i>6</i>	<i>LC 105</i>	☒		☐
<i>4</i>	<i>LC 109</i>	☐		☐	<i>4</i>	<i>LC 109</i>	☐		☐
<i>1</i>	<i>LC 105</i>	☐		☐	<i>1</i>	<i>LC 105</i>	☐		☐
<i>1</i>	<i>LC 109</i>	☐		☐	<i>1</i>	<i>LC 109</i>	☐		☐

Resultado del servicio:

Muy Satisfactorio: ☐

Satisfactorio: ☐

Poco Satisfactorio: ☐

Hora Inicio: *13:00*

Hora Fin:

Firma Técnico: *[Firma]*

Firma Cliente: *[Firma]*

Aclaración: *[Firma]*

Aclaración:

**Urgencias, contacto rápido, llame al
siguiente número de teléfono**

+54 9 11 3580-5695

Solo llamadas Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas
Escanea y completa todos los datos solicitados

Emergencias tiempo de respuesta
hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes
de 8:00 hs a 17:00 hs)

