

| SECTOR      | EQUIPAMIENTO | MODELO    | MARCA  | Nº SERIE | EQUIPO Nº | VOLUMEN |
|-------------|--------------|-----------|--------|----------|-----------|---------|
| LABORATORIO | PIPETA       | MONOCANAL | THERMO | QH69950  | 223       | 1-10 µl |

| CONTROL 1      | Valor a Medir | Valor Medido | Repetitividad | Estanqueidad |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Volumen Minimo | 1    μl       | 1,01         | Correcta      | Correcta     |
|                |               | 1,03         |               |              |
|                |               | 1,02         |               |              |
|                |               | 1,01         |               |              |
|                |               | 1,03         |               |              |
|                |               | 1,02         |               |              |
| Error :        |               | 2,00%        |               |              |

| CALIBRACION<br>( Error < 3 % ) |
|--------------------------------|
| Aceptada                       |

| CONTROL 2     | Valor a Medir | Valor Medido | Repetitividad | Estanqueidad |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Volumen Medio | 5 μl          | 5            | Correcta      | Correcta     |
|               |               | 5,1          |               |              |
|               |               | 5,1          |               |              |
|               |               | 5,2          |               |              |
|               |               | 5,1          |               |              |
|               | 5,1           | Error :      | 2,00%         |              |

| F.Correccion Z (µl/mg) |
|------------------------|
| Según Tabla (°C/kPa)   |
| Metodo                 |
| Gravimetria            |
| Balanza Patron         |
| Nº 0812401517          |

| CONTROL 3      | Valor a Medir | Valor Medido | Repetitividad | Estanqueidad |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Volumen Maximo | 10 µl         | 10,3         | Correcta      | Correcta     |
|                |               | 10,3         |               |              |
|                |               |              | 10,2          |              |
|                | 10,2          |              |               |              |
|                | 10,3          |              |               |              |
|                |               | 10,26        | Error :       | 2.6 %        |



| Fecha           |
|-----------------|
| 20 / .06 / 2025 |

| Proxima Verificacion |
|----------------------|
| 12 Meses             |

#### Aceptacion del Ensayo :

El Instrumento dara por aceptada su Calibracion si el Error arroja valores por debajo del 3%

| Datos Complementarios y Condiciones |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| OPERADOR                            | M.M.             |
| TEMPERATURA AMBIENTE                | 20,9 °C          |
| HUMEDAD AMBIENTE                    | 57,00%           |
| LIQUIDO UTILIZADO                   | H2O Destilada G3 |



| Observaciones | Certificado N° | Codigo Interno |
|---------------|----------------|----------------|
|               | STE            | SEDE           |
|               | 50-474         | CATAMARCA      |
|               |                |                |

Este documento es propiedad de Eficap, queda prohibida su reproduccion parcial o total

Documento : CP - Instrumento

Version: 05 6/2017

\* Ensayo realizado según normas Internacionales

\* Instrumental de control calibrado y certificado

FIRMA

SERVISAP  
SERVICIO TECNICO  
CALIBRACIONES  
Y MANTENIMIENTO

