

SECTOR	EQUIPAMIENTO	MODELO	MARCA	Nº SERIE	EQUIPO Nº	VOLUMEN
LABORATORIO	DISPENSER	MONOCANAL	SOCOREX	27021144	95	1000-10000 µl

CONTROL 1	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Minimo	1000 μl	1038,6	Correcta	Correcta
		1037,5		
		1038,4		
		1037,4		
		1037,4		
		1037,86		

CALIBRACION (Error < 3 %)
Aceptada

CONTROL 2	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Medio	5000 µl	5048,5	Correcta	Correcta
		5049,9		
		5048,7		
		5047,8		
		5049,2		
		5048,82		

F.Correccion Z (µl/mg)
Según Tabla (°C/kPa)
Metodo
Gravimetria
Balanza Patron
Nº 0812401517

CONTROL 3	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Maximo	10000 µl	10016,9	Correcta	Correcta
		10016,7		
		10016,9		
		10017,5		
		10017,5		
		10017,1		
		Error :	1.71 %	

Fecha
20 / .06 / 2025

Proxima Verificacion
12 Meses

Aceptacion del Ensayo :

El Instrumento dara por aceptada su Calibracion si el Error arroja valores por debajo del 3%

Datos Complementarios y Condiciones	
OPERADOR	M.M.
TEMPERATURA AMBIENTE	20,7 °C
HUMEDAD AMBIENTE	52,00%
LIQUIDO UTILIZADO	H2O Destilada G3



Observaciones	Certificado N°	Codigo Interno
	STE	SEDE
	50-474	CATAMARCA

Este documento es propiedad de Eficap, queda prohibida su reproduccion parcial o total

Documento : CP - Instrumento

Version: 05 6/2017

* Ensayo realizado según normas Internacionales

* Instrumental de control calibrado y certificado

FIRMA

SERVISAP
SERVICIO TECNICO
CALIBRACIONES
Y MANTENIMIENTO

