

| SECTOR      | EQUIPAMIENTO | MODELO    | MARCA  | N° SERIE | EQUIPO N° | VOLUMEN   |
|-------------|--------------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|
| LABORATORIO | PIPETA       | MONOCANAL | THERMO | SJ17044  | 239       | 20-200 µl |

| CONTROL 1      | Valor a Medir | Valor Medido | Repetitividad | Estanqueidad |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Volumen Minimo | 20    μl      | 20,3         | Correcta      | Correcta     |
|                |               | 20,6         |               |              |
|                |               | 20,5         |               |              |
|                |               | 20,6         |               |              |
|                |               | 20,6         |               |              |
|                |               | 20,52        |               | Error :      |

| CALIBRACION<br>( Error < 3 % ) |
|--------------------------------|
| Aceptada                       |

| CONTROL 2     | Valor a Medir | Valor Medido | Repetitividad | Estanqueidad |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Volumen Medio | 100 µl        | 102,5        | Correcta      | Correcta     |
|               |               | 103,2        |               |              |
|               |               | 102,5        |               |              |
|               |               | 102,4        |               |              |
|               |               | 103,9        |               |              |
|               |               | 102,9        |               |              |
| Error :       |               |              | 2.9 %         |              |

| F.Correccion Z (µl/mg) |
|------------------------|
| Según Tabla (°C/kPa)   |
| Metodo                 |
| Gravimetria            |
| Balanza Patron         |
| N° 0812401517          |

| CONTROL 3      | Valor a Medir | Valor Medido | Repetitividad | Estanqueidad |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Volumen Maximo | 200  μl       | 203,8        | Correcta      | Correcta     |
|                |               | 202,5        |               |              |
|                |               | 205,8        |               |              |
|                |               | 204,8        |               |              |
|                |               | 204,5        |               |              |
|                |               | 204,28       | Error :       | 2.1  %       |



| Fecha           |
|-----------------|
| 20 / .06 / 2025 |

| Proxima Verificacion |
|----------------------|
| 12 Meses             |

#### Aceptacion del Ensayo :

El Instrumento dara por aceptada su Calibracion si el Error arroja valores por debajo del 3%

| Datos Complementarios y Condiciones |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| OPERADOR                            | M.M.             |
| TEMPERATURA AMBIENTE                | 20,9 °C          |
| HUMEDAD AMBIENTE                    | 57,00%           |
| LIQUIDO UTILIZADO                   | H2O Destilada G3 |



| Observaciones | Certificado N° | Codigo Interno |
|---------------|----------------|----------------|
|               | STE            | SEDE           |
|               | 50-474         | CATAMARCA      |
|               |                |                |

Este documento es propiedad de Eficap, queda prohibida su reproduccion parcial o total

Documento : CP - Instrumento

Version: 05 6/2017

\* Ensayo realizado según normas Internacionales

\* Instrumental de control calibrado y certificado

FIRMA

SERVISAP  
SERVICIO TECNICO  
CALIBRACIONES  
Y MANTENIMIENTO

