

Testeo General del Equipo		ELGA VEOLIA		Servicio N°:					
				00037271					
Cliente: <u>Swiss Medical</u>				Fecha: <u>11/11/24</u>					
Contacto:		Modelo: <u>MICA</u>		Diagnostica: <u>ABB</u>					
Dirección: <u>Cotacambes 1242</u>		N° Serie: <u>MIC0001562</u>		S1:					
Sector: <u>Serología</u>		Tanque: <u>25LRS</u>		Remito:					
Tipo Serv: <u>Mensural</u>		N° Serie:		svo:					
Vencimiento de Consumibles				LC					
LC		LC		LC					
RO CICLOS		VOL TOTAL							
Relevamiento de Datos									
				SI	NO	N/A			
Cloro libre Alimentación: ppm/mV		Filtro de alimentación:		☐	☐	☒			
Conductividad alimentación: <u>376</u> uS/cm		Filtro Malla alimentación:		☐	☐	☐			
Tensión alimentación: <u>22</u> v		Filtro Malla Loop solo		☐	☐	☐			
Tensión fuente de alimentación: <u>22</u> v		Nivel de ruido bomba de alta:		☐	☒	☐			
Tensión Bomba Recirculación: °C		Nivel de ruido bomba de recirculación:		☐	☐	☐			
Tensión EDI °C		Control de cierre de la válvula de alim.:		☐	☐	☐			
Presión alimentación: Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:		☒	☐	☐			
Presión bomba de alta: Bar		Drenaje optimo para el equipo:		☐	☐	☐			
Presión Loop: Bar		El cliente requiere cambio en la program		☐	☐	☐			
Conductividad RO: uS/cm		Sensor Detencion de perdidas conectado		☐	☐	☐			
Conductividad Loop: <u>0.09</u> uS/cm		Consumo bomba de alta:		A					
Caudal permeado: L/min		Consumo bomba de Recirculación		A					
Caudal Loop: L/min		Temperatura		v					
Caudal concentrado: L/min		Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI		uS/cm					
Recomendaciones									
<u>Se recomienda mantenimiento mensual</u> <u>Se recomienda PPM mensual, y PHS: 2-4</u> <u>Equipos operando</u>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: <u>15:30</u>		Hora Fin: <u>16:45</u>							
Firma Técnico:		Firma Cliente:							
Aclaración: <u>sin</u>		Aclaración: <u>Henry</u>							
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono +54 9 11 3580-5695 Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs) 2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com				