

Testeo General del Equipo		ELGA VEOLIA		Servicio N°: 00040509					
Cliente: <u>Swiss medical catamarca</u>				Fecha: <u>07/05/25</u>					
Contacto:		Modelo: <u>MP-120</u>		Diagnostica: <u>Abto</u>					
Dirección: <u>CABA</u>		N° Serie: <u>MP00003507</u>		S1: <u>/</u>					
Sector: <u>Laboratorio Piso 2</u>		Tanque: <u>/</u>		Remito: <u>/</u>					
Tipo Serv: <u>Mensual</u>		N° Serie: <u>/</u>		SVO:					
Vencimiento de Consumibles				LC <u>109</u> <u>09/25</u>					
LC <u>174</u> <u>11/25</u>		LC <u>136</u> <u>09/25</u>		LC <u>105</u> <u>03/26</u>					
RO CICLOS <u>45473</u>		VOL TOTAL		<u>1364299</u>					
Relevamiento de Datos									
				SI	NO				
Cloro libre Alimentación: <u>/</u> ppm/mV		Filtro de alimentación:		☒	☐				
Conductividad alimentación: <u>345</u> uS/cm		Filtro Malla alimentación:		☒	☐				
Tensión alimentación: <u>220</u> v		Filtro Malla Loop solo		☐	☒				
Tensión fuente de alimentación: <u>24</u> v		Nivel de ruido bomba de alta:		☒	☐				
Tensión Bomba Recirculación: <u>/</u> °C		Nivel de ruido bomba de recirculación:		☒	☐				
Tensión EDI <u>/</u> °C		Control de cierre de la válvula de alim.:		☒	☐				
Presión alimentación: <u>3</u> Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:		☒	☐				
Presión bomba de alta: <u>7 → 26</u> Bar		Drenaje optimo para el equipo:		☒	☐				
Presión Loop: <u>1,14</u> Bar		El cliente requiere cambio en la program		☐	☒				
Conductividad RO: <u>7</u> uS/cm		Sensor Detencion de perdidas conectado		☒	☐				
Conductividad Loop: <u>0,067</u> uS/cm		Consumo bomba de alta:		<u>/</u>	A				
Caudal permeado: <u>2,3 → 2,1</u> L/min		Consumo bomba de Recirculación		<u>/</u>	A				
Caudal Loop: <u>/</u> L/min		Temperatura		<u>24°</u>	C				
Caudal concentrado: <u>/</u> L/min		Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI		uS/cm					
Recomendaciones									
• Se realiza servicio mensual									
• Se controla presiones y flujos									
• Se cambia microfiltro de Alimentación									
• Se cambia carbon block									
• Se regula bomba de Alta									
• Se calibra RO									
• Equipo operativo									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	Microf. Ftro	☒		☐		/	☐		☐
1	Carbon block	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: <u>10:30</u>				Hora Fin:					
Firma Técnico:				Firma Cliente:					
Aclaración: <u>Umbides</u>				Aclaración:					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono +54 9 11 3580-5695				Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados					
				Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)					