

Fluke Biomedical Ansur

Test and Inspection Procedure

Copyright © 2000 - 2012 Fluke Biomedical

Registro test

TEST CORRECTO

Test realizado		Componentes utilizados del Ansur	
Fecha:	05/9/2024	Ansur	Versión 2.9.7
Registro:	IEC 62353.mtr	'Plug-In': ESA620	Versión 1.1.11
Plantilla:	IEC 62353 Alternative Leakage - CL1.mtt		

Configuración test

Selecciones

Pruebas de servicio realizadas	Normas realizadas
	IEC 62353 (CL1)

Equipo bajo test

Serial number	8019771	Type	Electrocardiografo
Appliance code	.	Model	AT-101
Group	Swiss Medical	Location	Centro Medico Barrio Parque
Status	Montado	Address 1	Consultorio 307, 1piso 3
Manufacturer	Schiller	Address 2	.

Datos MTI

Instrumento de test	Número de serie	Versión Firmware
ESA 620	2982052	v2.10

Firmas

Resultado test

Elemento de test		Tipo de test		Fallo	
IEC 62353 Alternative Leakage - Class I		Auto Sequence			
Module setup					
#	Module info			Class	Leads
2	Module code	R		CF	10
	Serial number				
	Type				
3	Module code	F		CF	10
	Serial number				
	Type				
4	Module code	L		CF	10
	Serial number				
	Type				
5	Module code	N		CF	10
	Serial number				
	Type				
6	Module code	C1		CF	10
	Serial number				
	Type				
7	Module code	C2		CF	10
	Serial number				
	Type				
8	Module code	C3		CF	10
	Serial number				
	Type				
9	Module code	C4		CF	10
	Serial number				
	Type				
10	Module code	C5		CF	10
	Serial number				
	Type				
11	Module code	C6		CF	10
	Serial number				
	Type				
Mains Voltage		Mains Voltage			
Live to Neutral		Mains Voltage Live to Neutral			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard
			r		
Live to Neutral	224,3	V			IEC 62353 (CL1)
Neutral to Earth		Mains Voltage Neutral to Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard
			r		
Neutral to Earth	128,0	V			IEC 62353 (CL1)
Live to Earth		Mains Voltage Live to Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard
			r		

Página 2 de

Elemento de test		Tipo de test				Fall o
Protective Earth Resistance		Protective Earth Resistance				
Configuración: Test Current: 200 mA						
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
PE Resistance1	,300	Ohm	r 0,3		IEC 62353 (CL1)	
Patient Leakage Current		Patient Leakage Current				
Configuración: Total Leakage: No Applied Parts: open						
Normal Condition		Patient Leakage Current Normal Condition				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
R	0,0	uAAC+DC	r 10		IEC 62353 (CL1)	
F	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
L	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
N	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C1	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C2	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C3	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C4	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C5	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C6	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
Open Neutral		Patient Leakage Current Open Neutral				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
R	0,0	uAAC+DC	r 10		IEC 62353 (CL1)	
F	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
L	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
N	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C1	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C2	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C3	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C4	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C5	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C6	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
Open Earth		Patient Leakage Current Open Earth				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
R	0,1	uAAC+DC	r 10		IEC 62353 (CL1)	
F	0,1	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
L	0,1	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
N	0,1	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C1	0,1	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C2	0,1	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C3	0,1	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C4	0,1	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C5	0,1	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C6	0,1	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
Normal Condition, Reversed Mains		Patient Leakage Current Normal Condition, Reversed Mains				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
R	0,0	uAAC+DC	r 10		IEC 62353 (CL1)	
F	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
L	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
N	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C1	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C2	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	

Elemento de test						Fall o
Tipo de test						
Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior	Lim.inferior	Standard	
C3	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C4	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C5	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
C6	0,0	uAAC+DC	10		IEC 62353 (CL1)	
Open Neutral, Reversed Mains						
Patient Leakage Current Open Neutral, Reversed Mains						
Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior	Lim.inferior	Standard	
R	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
F	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
L	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
N	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
C1	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
C2	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
C3	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
C4	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
C5	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
C6	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
Open Earth, Reversed Mains						
Patient Leakage Current Open Earth, Reversed Mains						
Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior	Lim.inferior	Standard	
R	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
F	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
L	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
N	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
C1	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
C2	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
C3	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
C4	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
C5	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
C6	0,0	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
Earth Leakage Current						
Configuración: Applied Parts: open						
Earth Leakage Current						
Normal Condition						
Earth Leakage Current Normal Condition						
Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior	Lim.inferior	Standard	
Normal Condition	3,2	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
Open Neutral						
Earth Leakage Current Open Neutral						
Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior	Lim.inferior	Standard	
Open Neutral	14,3	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
Normal Condition, Reversed Mains						
Earth Leakage Current Normal Condition, Reversed Mains						
Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior	Lim.inferior	Standard	
Normal Condition, Reversed Mains	2,7	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	
Open Neutral, Reversed Mains						
Earth Leakage Current Open Neutral, Reversed Mains						
Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior	Lim.inferior	Standard	
Open Neutral, Reversed Mains	14,3	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)	

Elemento de test	Tipo de test				
Enclosure Leakage Current	Enclosure Leakage Current				
Configuración:					
Applied Parts: open					
Normal Condition	Enclosure Leakage Current				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard
Normal Condition	0,2	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)
Open Neutral	Enclosure Leakage Current				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard
Open Neutral	0,2	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)
Open Earth	Enclosure Leakage Current				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard
Open Earth	3,4	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)
Normal Condition, Reversed Mains	Enclosure Leakage Current				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard
Normal Condition, Reversed Mains	0,2	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)
Open Neutral, Reversed Mains	Enclosure Leakage Current				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard
Open Neutral, Reversed Mains	0,2	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)
Open Earth, Reversed Mains	Enclosure Leakage Current				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard
Open Earth, Reversed Mains	2,8	uAAC+DC			IEC 62353 (CL1)
Alternative Equipment Leakage	Alternative Equipment Leakage				
Closed Earth	Alternative Equipment Leakage				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard
Closed Earth	28,7	uAAC	1000		IEC 62353 (CL1)
Open Earth	Alternative Equipment Leakage				

Elemento de test	Tipo de test				
Shorted Mains	Alternative Applied Part Leakage				
	Normal Condition				
	Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior
	R	0,7	uAAC	50	IEC 62353 (CL1)
	F	0,7	uAAC	50	IEC 62353 (CL1)
	L	0,7	uAAC	50	IEC 62353 (CL1)
	N	0,7	uAAC	50	IEC 62353 (CL1)
	C1	0,7	uAAC	50	IEC 62353 (CL1)
	C2	0,7	uAAC	50	IEC 62353 (CL1)
	C3	0,7	uAAC	50	IEC 62353 (CL1)
Insulation Resistance	Insulation Resistance				
	Configuración:				
	Test Voltage: 500V				
	Insulation Resistance				
	Mains to Protective Earth				
	Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior
	Mains to Protective Earth	52,1	MOhm		IEC 62353 (CL1)
	Insulation Resistance				
	Applied Parts to Protective Earth				
	Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior
Applied Parts to Protective Earth	Insulation Resistance				
	Applied Parts to Protective Earth				
	Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior
	Applied Parts to Protective Earth	99999,0	MOhm		IEC 62353 (CL1)
	Insulation Resistance				
	Mains to Applied Parts				
	Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior
	Mains to Applied Parts	99999,0	MOhm		IEC 62353 (CL1)
	Differential Leakage				
	Differential Leakage				
Normal Condition	Differential Leakage				
	Normal Condition				
	Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior
	Normal Condition	0,0	uA	500	IEC 62353 (CL1)
	Differential Leakage				
	Open Earth				
	Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior
	Open Earth	0,0	uA	500	IEC 62353 (CL1)
	Differential Leakage				
	Normal Condition, Reversed Mains				
Normal Condition, Reversed Mains	Differential Leakage				
	Normal Condition, Reversed Mains				
	Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior
	Normal Condition,		Reversed Mains		
	Differential Leakage				
	Normal Condition, Reversed Mains				
	Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior
	Normal Condition,		Reversed Mains		
	Differential Leakage				
	Normal Condition, Reversed Mains				

Elemento de test		Tipo de test				Fall o
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superio r	Lim.inferior	Standard	
Open Earth, Reversed Mains	0,0	uA	500		IEC 62353 (CL1)	