

**EFICAP M.R.**

Formulario: 6.4.02.01

Revisión: 5

Fecha Revisión: 09/06/17

Página: 1/3

**CP****Formulario Calibración de Pipetas****CERTIFICADO DE CALIBRACION N° STE 50-474****Fecha del Procedimiento** 20 / 06 / 2025**Cliente:** Swiss Medical S.A.**Sede:** CATAMARCA**Detalle de Instrumentos Evaluados:**

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Pipeta N° 241 Monocanal Thermo de 20 - 200 ul   | Serie: SJ17055 |
| Pipeta N° 242 Monocanal Thermo de 20 - 200 ul   | Serie: TH16352 |
| Pipeta N° 243 Monocanal Thermo de 20 - 200 ul   | Serie: TH16327 |
| Pipeta N° 244 Monocanal Thermo de 20 - 200 ul   | Serie: TH16325 |
| Pipeta N° 245 Monocanal Thermo de 100 - 1000 ul | Serie: WH23670 |
| Pipeta N° 246 Monocanal Thermo de 100 - 1000 ul | Serie: VH23669 |
| Pipeta N° 247 Monocanal Thermo de 100 - 1000 ul | Serie: VH23668 |
| Pipeta N° 248 Monocanal Thermo de 100 - 1000 ul | Serie: VH23663 |
| Pipeta N° 249 Monocanal Thermo de 100 - 1000 ul | Serie: VH23665 |
| Pipeta N° 250 Monocanal Thermo de 100 - 1000 ul | Serie: VH23671 |
| Pipeta N° 251 Monocanal Thermo de 100 - 1000 ul | Serie: VH23672 |
| Pipeta N° 252 Monocanal Thermo de 100 - 1000 ul | Serie: VH23664 |
| Pipeta N° 253 Monocanal Thermo de 100 - 1000 ul | Serie: VH23667 |

**Detalle de Servicio Incluido:**

- Confirmación: con balanza electrónica patrón según normas y procedimientos internacionales.
- Descontaminación: interna y externa (ultrasonido)
- Revision: Teflón Seal + O ring (re cambio de grasa siliconada)
- Control: aspirado, dispensado y estanqueidad.
- Verificación: Mecánica y correcta expulsión de Tips.
- Medición: Volumétrica por Gravimétrica en tres volúmenes (Mínimo, Medio y Máximo)

