

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				00037734					
Cliente: <i>SWISS MEDICAL</i>				Fecha: <i>10/09/24</i>					
Contacto:		Modelo: <i>MP60</i>		Diagnostica: <i>NC</i>					
Dirección: <i>CANAL ALTA</i>		N° Serie: <i>MP0000508</i>		S1: <i>-</i>					
Sector: <i>LABORATORIO</i>		Tanque: <i>-</i>		Remito: <i>-</i>					
Tipo Serv: <i>Mensual</i>		N° Serie: <i>-</i>		SVO: <i>-</i>					
Vencimiento de Consumibles									
LC <i>179 3/25</i>	LC <i>177 5/25</i>	LC <i>130 3/25</i>	LC <i>108 3/25</i>						
RO CICLOS <i>5651</i>		VOL TOTAL		<i>141957</i>					
Relevamiento de Datos				SI	NO	N/A			
Cloro libre Alimentación: <i>300</i> ppm/mV		Filtro de alimentación:		☒	☐	☐			
Conductividad alimentación: <i>220</i> uS/cm		Filtro Malla alimentación:		☒	☐	☐			
Tensión alimentación: <i>24</i> v		Filtro Malla Loop solo		☒	☐	☐			
Tensión fuente de alimentación: <i>24</i> v		Nivel de ruido bomba de alta:		☒	☐	☐			
Tensión Bomba Recirculación: <i>-</i> °C		Nivel de ruido bomba de recirculación:		☒	☐	☐			
Tensión EDI <i>-</i> °C		Control de cierre de la válvula de alim.:		☒	☐	☐			
Presión alimentación: <i>1.8</i> Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:		☒	☐	☐			
Presión bomba de alta: <i>6</i> Bar		Drenaje optimo para el equipo:		☒	☐	☐			
Presión Loop: <i>1.2</i> Bar		El cliente requiere cambio en la program		☐	☒	☐			
Conductividad RO: <i>6</i> uS/cm		Sensor Detenccion de perdidas conectado		☐	☒	☐			
Conductividad Loop: <i>0.067</i> uS/cm		Consumo bomba de alta:				A			
Caudal permeado: <i>1</i> L/min		Consumo bomba de Recirculación				A			
Caudal Loop: <i>1</i> L/min		Temperatura <i>22.8</i>				V			
Caudal concentrado: <i>1</i> L/min		Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI				uS/cm			
Recomendaciones									
<i>se requiere mantenimiento mensual</i>									
<i>se controlan parámetros y presiones</i>									
<i>se sigue en control</i>									
<i>equipo operativo</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: <i>19:43</i>				Hora Fin: <i>13:00</i>					
Firma Técnico: <i>[Signature]</i>				Firma Cliente: <i>[Signature]</i>					
Aclaración: <i>Diminución</i>				Aclaración:					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono				Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas			Escanea y completa todos los datos solicitados		
+54 9 11 3580-5695				Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)					
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados				2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com					