

| SECTOR      | EQUIPAMIENTO | MODELO    | MARCA  | N° SERIE | EQUIPO N° | VOLUMEN     |
|-------------|--------------|-----------|--------|----------|-----------|-------------|
| LABORATORIO | PIPETA       | MONOCANAL | THERMO | VH23672  | 251       | 100-1000 µl |

| CONTROL 1      | Valor a Medir | Valor Medido | Repetitividad | Estanqueidad                     |
|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| Volumen Minimo | 100    μl     | 102,5        | Correcta      | Correcta                         |
|                |               | 102,6        |               |                                  |
|                |               | 101,5        |               |                                  |
|                |               | 102,5        |               |                                  |
|                |               | 103,2        |               |                                  |
|                |               | 102,46       |               | Error :                    2.4 % |

| CALIBRACION<br>( Error < 3 % ) |
|--------------------------------|
| Aceptada                       |

| CONTROL 2     | Valor a Medir | Valor Medido | Repetitividad | Estanqueidad  |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Volumen Medio | 500 µl        | 509,8        | Correcta      | Correcta      |
|               |               | 509,5        |               |               |
|               |               | 508,6        |               |               |
|               |               | 509,8        |               |               |
|               |               | 508,6        |               |               |
|               |               | 509,26       |               | Error : 1.8 % |

| F.Correccion Z (µl/mg) |
|------------------------|
| Según Tabla (°C/kPa)   |
| Metodo                 |
| Gravimetria            |
| Balanza Patron         |
| N° 0812401517          |

| CONTROL 3      | Valor a Medir | Valor Medido | Repetitividad | Estanqueidad |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Volumen Maximo | 1000    μl    | 1021,9       | Correcta      | Correcta     |
|                |               | 1022,4       |               |              |
|                |               | 1021,7       |               |              |
|                |               | 1021,5       |               |              |
|                |               | 1022,7       |               |              |
|                |               | 1022,04      | Error :       | 2.2    %     |



| Fecha           |
|-----------------|
| 20 / .06 / 2025 |

| Proxima Verificacion |
|----------------------|
| 12 Meses             |

#### Aceptacion del Ensayo :

El Instrumento dara por aceptada su Calibracion si el Error arroja valores por debajo del 3%

| Datos Complementarios y Condiciones |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| OPERADOR                            | M.M.             |
| TEMPERATURA AMBIENTE                | 20,9 °C          |
| HUMEDAD AMBIENTE                    | 57,00%           |
| LIQUIDO UTILIZADO                   | H2O Destilada G3 |



| Observaciones | Certificado N° | Codigo Interno |
|---------------|----------------|----------------|
|               | STE            | SEDE           |
|               | 50-474         | CATAMARCA      |
|               |                |                |

Este documento es propiedad de Eficap, queda prohibida su reproduccion parcial o total

FIRMA

SERVISAP  
SERVICIO TECNICO  
CALIBRACIONES  
Y MANTENIMIENTO

