

Relevamiento de Datos										
Cloro libre Alimentación:	0.10 ppm/mV	Filtro de alimentación:	☐	☐	☐	☐				
Conductividad alimentación:	293 uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☐	☐	☐	☐				
Tensión alimentación:	220 V	Filtro Malla Loop solo	☐	☐	☐	☒				
Tensión fuente de alimentación:	240 V	Nivel de ruido bomba de alta:	☐	☐	☐	☐				
Tensión Bomba Recirculación:	1 °C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐	☐	☐				
Tensión EDI	1 °C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☐	☐	☐	☐				
Presión alimentación:	3 Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐	☐				
Presión bomba de alta:	8 Bar	Drenaje óptimo para el equipo:	☒	☐	☐	☐				
Presión Loop:	4.15 Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐	☐				
Conductividad RO:	8 uS/cm	Sensor Detención de pérdidas conectado	☒	☐	☐	☐				
Conductividad Loop:	2063 uS/cm	Consumo bomba de alta:	☐	☐	☐	☐				
Caudal permeado:	4.4 U/min	Consumo bomba de Recirculación	☐	☐	☐	☐				
Caudal Loop:	0.2 U/min	Temperatura	☐	☐	☐	☐				
Caudal concentrado:	0.6 U/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI	☐	☐	☐	☐				
Recomendaciones										
• Se realizó servicio mensual + semestral										
• Se controlan parámetros y presiones										
• Se realizaron microfiltrado de alimentación.										
• Se reemplazó LC A36, A05, LC A09										
• Se controla filtro Meca										
• Se controla										
Insusos utilizados										
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	
1	Quemador	☒					☐		☐	
1	LC A36	☒					☐		☐	
1	LC A05	☒					☐		☐	
1	LC A09	☒					☐		☐	
Resultado del servicio:					Muy Satisfactorio:	☐	Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio:					12:40	Hora Fin:				
Firma Técnico:					[Firma]	Firma Cliente:				
Aclaración:					Aclaración:					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados					
+54 9 11 3580-5695										
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados										
					Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)					
					2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com					