

SECTOR	EQUIPAMIENTO	MODELO	MARCA	N° SERIE	EQUIPO N°	VOLUMEN
LABORATORIO	PIPETA	MONOCANAL	THERMO	VH23667	253	100-1000 µl

CONTROL 1	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Minimo	100 μl	103,8	Correcta	Correcta
		103,2		
		102,8		
		102,4		
		102,4		
		102,92		Error : 2.9 %

CALIBRACION (Error < 3 %)
Aceptada

CONTROL 2	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Medio	500 µl	509,8	Correcta	Correcta
		509,5		
		508,6		
		509,8		
		508,6		
		509,26		Error : 1.8 %

F.Correccion Z (µl/mg)
Según Tabla (°C/kPa)
Metodo
Gravimetria
Balanza Patron
N° 0812401517

CONTROL 3	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Maximo	1000 μl	1015,2	Correcta	Correcta
		1016,4		
		1015,8		
		1014,9		
		1016,3		
		1015,72	Error :	1.57 %

Fecha
20 / .06 / 2025

Proxima Verificacion
12 Meses

Aceptacion del Ensayo :

El Instrumento dara por aceptada su Calibracion si el Error arroja valores por debajo del 3%

Datos Complementarios y Condiciones	
OPERADOR	M.M.
TEMPERATURA AMBIENTE	20,9 °C
HUMEDAD AMBIENTE	57,00%
LIQUIDO UTILIZADO	H2O Destilada G3



Observaciones	Certificado N°	Codigo Interno
	STE	SEDE
	50-474	CATAMARCA

Este documento es propiedad de Eficap, queda prohibida su reproduccion parcial o total

FIRMA

SERVISAP
SERVICIO TECNICO
CALIBRACIONES
Y MANTENIMIENTO

