

Testeo General del Equipo		ELGA VEOLIA		Servicio N°:	
				044507	
Cliente: SWISS MEDICAL				Fecha: 06/05/26	
Contacto:		Modelo: MP 120		Diagnostica: ABBOTT	
Dirección: CATAMICA 1247		N° Serie: MP00001543		SI:	
Sector: LABORATORIO 2°		Tanque: /		Remito:	
Tipo Serv: MENSUAL		N° Serie: /		SVO:	
Vencimiento de Consumibles				LC LA727 8/26	
LC 174 9/26	LC 136 9/26	LC 105 3/27	LC 109 9/26		
RO CICLOS		72855		VOL TOTAL	
				2038529	
Relevamiento de Datos				SI	NO N/A
Cloro libre Alimentación:	0,1 ppm/mV	Filtro de alimentación:		☒	☐
Conductividad alimentación:	349 uS/cm	Filtro Malla alimentación:		☒	☐
Tensión alimentación:	223 V	Filtro Malla Loop solo		☐	☒
Tensión fuente de alimentación:	24 V	Nivel de ruido bomba de alta:		☒	☐
Tensión Bomba Recirculación:	OK °C	Nivel de ruido bomba de recirculación:		☒	☐
Tensión EDI	N/A °C	Control de cierre de la válvula de alim.:		☒	☐
Presión alimentación:	3,2 Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:		☒	☐
Presión bomba de alta:	1,6 Bar	Drenaje optimo para el equipo:		☒	☐
Presión Loop:	1,14 Bar	El cliente requiere cambio en la program		☐	☒
Conductividad RO:	<8 uS/cm	Sensor Detención de perdidas conectado		☒	☐
Conductividad Loop:	0.075 uS/cm	Consumo bomba de alta:	OK		A
Caudal permeado:	2 L/min	Consumo bomba de Recirculación	OK		A
Caudal Loop:	OK L/min	Temperatura	25°C		
Caudal concentrado:	OK L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI	N/A uS/cm		
Recomendaciones					
SE REALIZA SERVICIO MENSUAL					
SE REEMPLAZA MICROFILTRO DE ALIMENTACION					
SE REEMPLAZA CARBON BLOCK EN LA727					
SANITIZADO DE RO					
CONTROL DE PARAMETROS Y PRESIONES					
REVISION GENERAL					
EQUIPO OPERATIVO					
Insumos utilizados					
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	
1	CFC371321063	☒		☐	
1	CEFEY321065	☒		☐	
		☐		☐	
		☐		☐	
		☐		☐	
		☐		☐	
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:	☐	Satisfactorio:	☐
Hora Inicio:		08:20		Hora Fin:	
Firma Técnico:				Firma Cliente:	
Aclaración:		TOVAQUARO LEONARDO		Aclaración:	
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono				Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas	
+54 9 11 3580-5695				Escanea y completa todos los datos solicitados	
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados				Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)	
				2da Opción SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com	