




César Zayas
Optimus
Responsable monotributo
C.u.i.t. 20-17801613-0
Ingr. Brutos 079271-03
Inicio de actividades: 12-1998

CERTIFICADO	DE	SERVICIO	TECNICO
-------------	----	----------	---------

Señor/es Swiss Medical S.A.

EQUIPO	Microscopio binocular
MARCA	Nikon
MODELO	Eclipse E200
SERIE N°	207840

SERVICIO TECNICO	FECHA: 04-jun-26
DETALLE	
Centrado y limpieza elementos ópticos. Ajuste y lubricación componentes mecánicos. Control de seguridad sistema eléctrico. Limpieza del estativo.	
OBSERVACIONES	
Equipo dentro del rango operativo. Aprobado	
 CÉSAR en Óptica rental	
PROXIMO SERVICE SUGERIDO	FECHA: 04-jun-27