

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				00021620					
Cliente: SWISS CATAMARCA		Tipo: MENSUAL		Fecha: 11/11/2020					
Contacto:		svo:		Serie: 1160/5085					
Dirección: CATAMARCA 1242 - CAPA		Remito N°:		S1:					
Sector: LAB CENTRAL - 2° PISO				S1 Mat: Borite					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177 03/21	LC 174 12/20	LC 156	LC 160				
LC 125	LC 154	LC 109 03/21	LC 136 03/21	LC 158					
LC 140	LC 136	LC 105 09/21	LC 175	LC 159					
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación: ppm/mV		Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:		Si No					
Conductividad alimentación: uS/cm		Filtro Malla Loop solo R15 :		Si No					
Temperatura: 25.2 °C		Consumo bomba de alta:		A					
Tensión alimentación: 220 v		Consumo bomba de Recirculación:		A					
Tensión fuente de alimentación: 24 v		Tensión Bomba Recirculación:		v					
Estado general del filtro de alimentación: Si No		Nivel de ruido bomba de alta:		Si No					
Presión alimentación: 2.3 Bar		Nivel de ruido bomba de recirculación:		Si No					
Presión bomba de alta: 10 Bar		Control de cierre de la válvula de alim.:		Si No					
Presión Loop: 1.1 Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:		Si No					
Conductividad RO: 007 uS/cm		Drenaje optimo para el equipo:		Si No					
Conductividad Loop: 2.067 uS/cm		El cliente requiere cambio en la programación:		Si No					
Caudal permeado: 00.9 L/min		Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:		Si No					
Caudal Loop: L/min		Caudal concentrado:		L/min					
Recomendaciones									
Se realizó MANTENIMIENTO MENSUAL EN EQUIPO									
Se realizó DESINFECTACION RO + CAMBIO DE 2									
MICROFILTROS ALIMENTACIÓN. Se CONTROLARON PARAME-									
TROS DE FUNCIONAMIENTO Y ESTADO GENERAL									
DE SISTEMA. EQUIPO OPERATIVO.									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
2	microfiltros	(X)							
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio: 08:00				Hora Fin:					
Firma Técnico:				Firma Cliente:					
Aclaración: Como Marcos				Aclaración: DIAZ					
Call center Servicio Técnico (único numero para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábados, domingos y feriados 24hs Lunes a Viernes de 18 a 9.00 hs 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				