

Fluke Biomedical Ansur

Test and Inspection Procedure

Copyright © 2000 - 2012 Fluke Biomedical

Registro test

TEST CORRECTO

Test realizado

Fecha: 12/3/2026
Registro: 27594 - 02.mtr
Plantilla: IEC 62353 Alternative
Leakage - CL1.mtt

Componentes utilizados del Ansur

Ansur Versión 2.9.7
'Plug-In': ESA620 Versión 1.1.11

Configuración test

Selecciones

Pruebas de servicio realizadas	Normas realizadas
	IEC 62353 (CL1)

Equipo bajo test

Número de serie	7G00807	Tipo	Microscopio
Código equipo		Modelo	CH30RF200
Grupo	Laboratorio	Localización	Laboratorio Catamarca
Estado	MONT	Dirección 1	Catamarca 1242
Fabricante	Olympia	Dirección 2	piso: 2

Datos MTI

Instrumento de test	Número de serie	Versión Firmware
ESA 620	2982052	v2.10

Firmas

Resultado test

Elemento de test		Tipo de test			Fall o
IEC 62353 Alternative Leakage - Class I		Auto Sequence			
Mains Voltage		Mains Voltage			
Live to Neutral		Mains Voltage Live to Neutral			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior	Standard
Live to Neutral	220,0	V			IEC 62353 (CL1)
Neutral to Earth		Mains Voltage Neutral to Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior	Standard
Neutral to Earth	221,1	V			IEC 62353 (CL1)
Live to Earth		Mains Voltage Live to Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior	Standard
Live to Earth	0,7	V			IEC 62353 (CL1)
Protective Earth Resistance		Protective Earth Resistance			
Configuración: Test Current: 200 mA					
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior	Standard
PE Resistance1	0,042	Ohm	0,3		IEC 62353 (CL1)
Alternative Equipment Leakage		Alternative Equipment Leakage			
Closed Earth		Alternative Equipment Leakage Closed Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior	Standard
Closed Earth	24,4	uAAC	1000		IEC 62353 (CL1)
Open Earth		Alternative Equipment Leakage Open Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior	Standard
Open Earth	24,4	uAAC	1000		IEC 62353 (CL1)
Insulation Resistance		Insulation Resistance			
Configuración: Test Voltage: 500V					
Mains to Protective Earth		Insulation Resistance Mains to Protective Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior r	Lim.inferior	Standard
Mains to Protective Earth	99999,0	MOhm			IEC 62353 (CL1)